



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL		
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA.		
RAZÃO SOCIAL:		
CNPJ:		
ENDEREÇO:		
E-MAIL:		
CIDADE:	ESTADO:	TELEFONE:
PESSOA PARA CONTATO:		
Retiramos na página www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/licitacao , cópia do instrumento convocatório referente à licitação acima identificada.		
Local: _____, de _____ de 2023 .		
Assinatura:		

Prezado(a) Sr(a),

Visando eventual e futura comunicação entre o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** e essa empresa, solicitamos à V. S^a preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao **SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, através do *e-mail* **licitacaosaudepadua@gmail.com**.

A ausência de remessa do recibo conforme acima estipulado, exime o **SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** da comunicação de eventuais retificações e alterações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais à empresa.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, informa que por imposição legal e previsão editalícia, diante da indisponibilidade do interesse público, adota a rotina de instauração de processos administrativos sancionadores em situações de não observação das regras estipuladas no ato convocatório e no ajuste contratual.

Portando, solicitamos que as empresas elaborem e apresentem suas propostas/lances de forma consciente, na certeza que poderão cumprir com a execução do objeto no preço apresentado e na forma/prazos previstos no edital, devendo, ainda, observar a descrição exigida dos produtos.

Ressalta-se, por oportuno, que há previsão de sanções no edital que podem ser aplicadas naqueles casos em que o licitante ensejar o retardamento da execução do certame licitatório, através de qualquer ação ou omissão que prejudique seu bom andamento, bem como não mantiver a proposta, deixar de apresentar a proposta readequada ou detalhada, quando exigível, ou ainda, apresentar pedido de desconsideração da proposta inicial ou do lance final ofertado.

Os pedidos de realinhamento de preço são exceção à regra e somente serão deferidos se estiverem em total consonância com a legislação vigente. Por conseguinte, é salutar que os licitantes participem do torneio de maneira proba, a fim de evitar transtornos futuros tanto para a Administração Pública Municipal como para a própria empresa.

Os **equipamentos e mobiliários** destinam-se atender o **HOSPITAL HELIO MONTEZANO DE OLIVEIRA** que não pode sofrer solução de continuidade na prestação de serviços médicos e essenciais que executa e na assistência harmoniosa dos pacientes.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

1. PREÂMBULO

EDITAL **034/2023**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**.

ÓRGÃO INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**.

TIPO: **MENOR PREÇO**.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: **17/01/2024**.

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: **9h - horário de Brasília/DF**.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL**
www.gov.br/compras/pt-br

CÓDIGO UASG: **461773. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA**.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: **Constituição Federal de 1988, Decreto Municipal nº145/2009, Decreto Municipal nº045/2020, Decreto Federal nº10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006, Lei Complementar nº128/2008, Lei Federal nº10.520/2002, Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores introduzidas no referido **diploma legal**, as normas legais e regulamentares aplicáveis, as cláusulas e condições deste ato convocatório e respectivos anexos, que as licitantes interessadas declaram conhecer e as quais aderem incondicional e irrestritamente.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA**, cujos itens se encontram especificados e descritos no modelo de proposta de preço (**ANEXO I**), com estrita observância de todas as exigências, prazos, especificações, normas técnicas, condições gerais e especiais contidas no ato convocatório e nos seus anexos, inclusive o **TERMO DE REFERÊNCIA**, parte integrante e inseparável do edital, independente de transcrição.

2.2. O objeto compreende o fornecimento de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos e mobiliários, incluindo cabos, conectores e demais dispositivos, em conformidade com as especificações técnicas, sem ônus para o Contratante.

2.3. O objeto envolve a instalação dos equipamentos e mobiliários, quando necessário para o perfeito funcionamento, sem ônus para o Contratante.

2.3.1. A instalação dos equipamentos e mobiliários contempla a montagem, conferência das peças/acessórios, ajustes e realização de testes a fim de verificar o perfeito funcionamento e utilização para a finalidade prevista, sem ônus para o Contratante.

2.3.2. Os equipamentos deverão sujeitar ao processo de qualificação de instalação (QI) e qualificação de operação (QO) com a emissão de laudo técnico, quando exigíveis, sem ônus para o Contratante.

2.4. Em caso de **DISCORDÂNCIA/DIVERGÊNCIA** existente entre a **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO** e **UNIDADE DE MEDIDA** descrita no ato convocatório e no sistema compras governamentais - **CATMAT**, **PREVALECERÁ** a descrição prevista no edital.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

3. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1. O prazo para a retirada da **nota de empenho** e/ou **assinar o termo de contrato (ANEXO III)** é de **2 (dois) dias**, após a convocação realizada pelo **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**.

3.1.1. A convocação da adjudicatária para retirar a **nota de empenho** e/ou **assinar o termo de contrato** será realizada através do *e-mail* indicado pela empresa na proposta de preços **e/ou cadastrado** no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF** ou através de publicação no sítio **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br (Portal da Transparência)** ou através de publicação no Jornal "Opção do Noroeste" ou no "Diário Oficial da União".

3.2. O prazo de **vigência** contratual é de **3 (três) meses, contados a partir da assinatura do contrato**, sem interrupção e prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na **Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores, especialmente os motivos elencados no **§1º** do **art. 57** do referido **diploma legal**.

3.3. O prazo para o fornecimento do **objeto, envolvendo a instalação dos equipamentos, quando exigível**, é de **1 (um) mês, contados a partir do envio da nota de empenho ao e-mail** indicado pela empresa na proposta de preços e/ou cadastrado no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**, ou através de publicação no sítio **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br (Portal da Transparência)** ou através de publicação no Jornal "Opção do Noroeste" ou no "Diário Oficial da União", sem interrupção e prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na **Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores, especialmente os motivos elencados no **§1º** do **art. 57** do referido **diploma legal**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

3.4. O fornecimento do **objeto envolvendo a instalação dos equipamentos, quando exigível**, deverá ser realizado de **segunda-feira a sexta-feira, salvo feriados e pontos facultativos**, nos locais e endereços abaixo indicados, compreendendo o horário das **9h (nove horas) às 15h (quinze horas)**, sendo obrigatória observar as quantidades empenhadas/contratadas.

3.4.1. HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA, localizada na **Avenida João Jasbick, s/nº, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ.**

4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1. O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores mantido pela Administração Pública Municipal, pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais, conforme dispõe o **art. 7º da Lei Federal nº10.520/2002**, inobstante **as responsabilidades civil e criminal**, inclusive por **perdas e danos** causados ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, quando injustificadamente:

4.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, **causar atraso ou recusar-se a assinar o contrato ou rejeitar a nota de empenho ou outro documento equivalente e, ainda, declinar de receber o documento autorizativo do início da execução contratual:**

4.1.1.1. Sanção: de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

4.1.2. Deixar de entregar documentação complementar exigida para o certame licitatório e/ou para a adjudicação/homologação e/ou para receber a nota de empenho e/ou outro documento equivalente:

4.1.2.1. Sanção: de 6 (seis) a 12 (doze) meses;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

4.1.3. Fazer declaração ou apresentar documentação falsa, inclusive quanto à **declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e de enquadramento de **microempreendedor individual – MEI, microempresa – ME** ou **empresa de pequeno porte – EPP** informando que **ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006:**

4.1.3.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

4.1.4. Credenciar no certame licitatório estando inserida em uma das causas de impedimento previsto na cláusula 5.4. do edital:

4.1.4.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

4.1.5. Ensejar o retardamento da execução do certame licitatório, inclusive quanto à recusa da entrega de amostra no prazo estabelecido no edital e através de qualquer ação ou omissão que prejudique seu bom andamento:

4.1.5.1. Sanção: de 3 (três) a 6 (seis) meses;

4.1.6. Não manter a proposta, bem como deixar de apresentar a proposta readequada ou detalhada, quando exigível, ou ainda, apresentar pedido de desconsideração da proposta inicial ou do lance final ofertado, desde que não fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento:

4.1.6.1. Sanção: de 3 (três) a 6 (seis) meses;

4.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato:

4.1.7.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

4.1.8. Comportar-se de modo inidôneo, inclusive o comparecimento de interessado para fins de participação no certame licitatório, **sem** a observância dos impedimentos e vedações previstos em lei e no edital, uso ilícito do direito de preferência assegurado aos **microempreendedores individual – MEIs, microempresas – MEs** e às **empresas de pequeno porte - EPPs** para oferta de lances em licitações (**art. 46 da Lei 8.443/1992. Acórdão nº16768/2021 - TCU - Plenário**) e os atos descritos nos **arts. 92, § único, 96 e 97, § único da Lei Federal nº8.666/1993:**

4.1.8.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

4.1.9. Comportar-se de modo inadequado, praticando atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame licitatório, tais como frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir, deliberadamente, o julgamento da Administração a erro e procrastinar intencionalmente o curso do julgamento:

4.1.9.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

4.1.10. Cometer fraude fiscal:

4.1.10.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses.

4.2. As sanções estabelecidas na **cláusula 4.1.** do edital serão aplicadas dentro dos limites fixados para cada conduta, de acordo com a culpabilidade, o dolo apurado, os antecedentes do agente, os motivos e as circunstâncias da infração e os prejuízos causados ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.**

4.3. A Contratada, na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, ressalvados os casos fortuitos e de força maior devidamente comprovado, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

4.3.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo;

4.3.2. Multa administrativa, que não excederá, em seu total, **20% (vinte por cento)** do valor da parcela inadimplida, nas hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza;

4.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, por prazo não superior a **2 (dois) anos**;

4.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

4.4. A **advertência** será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo ao interesse da **execução do objeto**.

4.5. A penalidade de suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a **2 (dois) anos** poderá ser aplicado à Contratada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos:

4.5.1. Reincidência em descumprimento do prazo contratual;

4.5.2. Descumprimento parcial total ou parcial de obrigação contratual;

4.5.3. Rescisão do contrato;

4.5.4. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

4.5.5. Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

4.5.6. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

4.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, sendo assegurada à Contratada a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da notificação administrativa.

4.7. Ocorrendo atraso injustificado na **execução do objeto**, por culpa da Contratada, será aplicada multa moratória de **1% (um por cento), por dia útil**, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se em mora independente de notificação ou interpelação.

4.8. A recusa injustificada do licitante vencedor em **retirar a nota de empenho e/ou outro documento equivalente e/ou assinar o contrato**, no prazo estipulado, importa inexecução total da obrigação, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação das penalidades prevista, inclusive multa, que não excederá, em seu total, **20% (vinte por cento)** do valor da parcela inadimplida, facultando o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** a convocar o licitante remanescente, na forma do **art. 4º, XXIII e XVI da Lei Federal nº10.520/2002**.

4.9. Os danos e perdas decorrentes de culpa ou dolo da Contratada serão ressarcidos ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** no prazo máximo de **3 (três) dias**, contados de notificação administrativa, sob pena de multa de **0,5% (meio por cento)** sobre o **valor do contrato, por dia de atraso**.

4.10. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada pelos danos causados ao Contratante e, ainda, não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas em lei e que o contrato seja rescindido unilateralmente.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

4.11. A multa aplicada deverá ser recolhida dentro do prazo de **3 (três) dias** a contar da correspondente notificação e poderá ser descontada de eventuais créditos que a Contratada tenha junto ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, sem embargo de ser cobrada judicialmente.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

5.1. Poderão participar do certame as interessadas cuja finalidade social abranja o objeto da licitação e que atenderem às exigências contidas no edital e seus anexos, além das disposições legais e que estejam com o **credenciamento regular** no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**, conforme disposto na **Instrução Normativa SLTI/MPOG nº3, de 26 de abril de 2018.**

5.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do **PREGÃO** deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando se a respeito do funcionamento e regulamento do **sistema compras governamentais**.

5.1.2. As empresas não credenciadas no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**, que tiverem interesse em participar da licitação, deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação de acordo com as orientações que seguem no link **<https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf100-digital>**, até o **terceiro dia útil anterior** à data para o recebimento das propostas.

5.1.2.1. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao portal **sistema compras governamentais**, no ato de abertura da licitação.

5.2. Como requisito para participação na licitação, o licitante deverá registrar, em campo próprio do sistema eletrônico, correlatamente as seguintes situações:



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

5.2.1. Declarar, caso esteja enquadrada na condição de **microempreendedor individual - MEI, microempresa – ME e empresa de pequeno porte – EPP**, que ostenta os requisitos do **art. 3º da Lei Complementar nº123/2006**, para fazer jus aos benefícios previstos no respectivo **diploma legal**.

5.2.2. Declarar que **cumprimenta plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital e do termo de referência;**

5.2.3. Manifestar que **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;**

5.2.4. Declarar que **não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.**

5.2.5. Manifestar a **elaboração independente de proposta;**

5.2.6. Declarar que **que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.**

5.3. Conforme instituído pela **Lei Complementar nº123/2006**, **os itens com valor total de até R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, são exclusivos e restritos à participação dos **microempreendedores individuais - MEIs, microempresas – MEs e empresas de pequeno porte – EPPs.**

5.3.1. Os itens não exclusivos e restritos à participação dos **microempreendedores individuais - MEIs, microempresas – MEs e empresas de pequeno porte – EPPs** serão abertos a todos os interessados.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

5.3.2. De acordo com a decisão proferida nos autos do **processo TCE/RJ 214.449-3/17**, em **07/11/2017**, no sentido de determinar a alteração em termo de referência a fim de que não sejam cumuladas as previsões dos **incisos I e III do art. 48 da Lei Complementar nº123/2006** e, ainda, levando em consideração o custo operacional de se realizar outro certame licitatório, fica determinado que os itens com valor total de até **R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, são exclusivos e restritos à participação dos **microempreendedores individuais - MEIs, microempresas – MEs e empresas de pequeno porte – EPPs** e, quanto aos demais itens são de ampla concorrência para todos os licitantes.

5.3.3. Entende-se por **microempresas - MEs e empresas de pequeno porte - EPPs** aptas a participar do certame aquelas definidas na **Lei Complementar nº123/2006** e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no **§4º do art. 3º** do referido **diploma legal**.

5.3.4. Entende-se por **microempreendedores individuais – MEIs** aptos a participar do presente certame aqueles definidos na **Lei Complementar nº128/2008**.

5.3.5. Os **microempreendedores individuais, microempresas** e as **empresas de pequeno porte** doravante serão designadas respectivamente por **MEI/ME/EPP**.

5.4. Não será admitida a participar da licitação a empresa:

5.4.1. Suspensa do direito de licitar e contratar com o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, durante o prazo da sanção aplicada (**art. 87, III da Lei Federal nº8.666/1993**);

5.4.2. A declarada inidônea vigente à penalidade imposta pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação (**art. 87, IV da Lei Federal nº8.666/1993**);



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

5.4.3. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica (**art. 9º, I da Lei Federal nº8.666/1993**);

5.4.4. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado (**art. 9º, II da Lei Federal nº8.666/1993**);

5.4.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (**art. 9º, III da Lei Federal nº8.666/1993**);

5.4.6. Proibida de contratar com a Administração Pública (**art. 72, § 8º, V, da Lei Federal nº9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais**);

5.4.7. Condenado por ato de improbidade administrativa que importa em proibição de contratar com o Poder Público (**art. 12, III da Lei Federal nº8.249/1992**);

5.4.8. Impedida de licitar e contratar com o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, durante o prazo da sanção aplicada (**art. 7º da Lei Federal nº10.520/2002**);

5.4.9. Em **consórcio ou grupo de empresas**, qualquer que seja a sua forma de constituição;

5.4.10. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

5.4.11. Sob regime de concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

5.4.11.1. Será permitida a participação de empresa em recuperação judicial com plano de recuperação homologado pela autoridade judiciária competente, visto que nesse contexto há plausibilidade de capacidade econômico-financeira.

5.5. O ato do credenciamento da empresa no certame licitatório incide na presunção que não se encontra inserida em nenhum impedimento previsto na cláusula 5.4. do edital, assumindo o licitante toda a responsabilidade por eventual descumprimento quanto às condições de participação na licitação, inclusive quanto à aplicação das sanções administrativas previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no **SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES**, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória **PREGÃO**, em sua forma eletrônica.

6.2. O cadastro no **SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES**, deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico **www.comprasgovernamentais.gov.br**, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

6.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuado diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema e ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido das credenciais de entrada, ainda que por terceiros.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

6.5. É de responsabilidade da empresa cadastrada conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5.1. A inobservância do disposto na **cláusula 6.5.** poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. O licitante **deverá** encaminhar exclusivamente por meio eletrônico, no endereço **www.gov.br/compras/pt-br**, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a etapa de recebimento/envio da documentação abaixo relacionada:

7.1.1. Proposta de preços, de acordo com a **cláusula 7.7.** e conforme modelo constante do **ANEXO I** do edital;

7.1.2. Documentos e certidões de habilitação relacionadas na **cláusula 14.**

7.2. O encaminhamento da proposta de preço na forma da **cláusula 7.7.** acompanhada dos documentos de habilitação exigidos na **cláusula 14** do edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3. O licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do **SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES**, assegurado aos demais participantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema.

7.4. Até a abertura da sessão pública, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta de preço e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados e inseridos no sistema.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

7.5. O microempreendedor individual - MEI, microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP deverá encaminhar os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, **mesmo que apresentem alguma restrição**, nos termos do **art. 43, §1º** da **Lei Complementar nº123/2006**.

7.6. Os valores e os produtos/serviços ofertados são de responsabilidade exclusiva do licitante, assumindo como firme e verdadeira a sua proposta de preço e lances, **NÃO LHE ASSISTINDO O DIREITO DE PLEITEAR ALTERAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO PRETEXTO.**

7.6.1. EXCEPCIONALMENTE, o licitante poderá **JUSTIFICADAMENTE** solicitar a desistência de item **SOMENTE** na **FASE DE LANCES** ou no **MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO**, via **CHAT**, que será avaliado pelo **PREGOEIRO** que poderá conceder ou negar a desclassificação, conforme as justificativas apresentadas.

7.6.2. NÃO será avaliada e/ou aceita a solicitação de desistência de item realizada na forma e momentos **DIVERSOS** dos previstos na **cláusula 7.6.1**.

7.6.2.1. A solicitação de desistência de item realizada através de *e-mail* ou outra forma diversa da prevista na **cláusula 7.6.1.**, será ignorada pelo **PREGOEIRO**, sendo considerado **APENAS** os requerimentos efetivados via **CHAT**, que será objeto de avaliação para concessão ou negativa da desclassificação.

7.6.2.2. A solicitação de desistência de item realizada **SEM JUSTIFICATIVA** e em momentos diversos dos previstos na **cláusula 7.6.1.**, será ignorada pelo **PREGOEIRO**, sendo considerado **APENAS** os requerimentos efetivados na **FASE DE LANCES** ou no **MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO**, que será objeto de avaliação para concessão ou negativa da desclassificação.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

7.6.2.3. A empresa sucessiva na ordem de classificação que for convocada para negociação quando o licitante classificado em **1º (primeiro) lugar** não atender às condições editalícias, **NÃO** poderá **demandar a desclassificação POSTERIOR** do item, a título de qualquer alegação, se não realizou na forma e momentos previstos na **cláusula 7.6.1.**,

7.6.2.4. A solicitação de desistência deverá envolver **TODOS** os itens que julgar ser impossível **fornecer, INDEPENDENTEMENTE** da **ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (1º, 2º, 3º, ... colocados)**, na forma e momentos previstos na **cláusula 7.6.1.**, sendo **VEDADO demandar a desclassificação POSTERIORMENTE.**

7.7. A proposta de preço deverá obedecer às especificações contidas no edital e seus anexos e ser apresentada em **1 (uma) via**, sem emendas, rasuras, borrões e entrelinhas, preferencialmente nos moldes do modelo de proposta de preço (**ANEXO I**), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, observando-se as seguintes regras:

7.7.1. Especificação do objeto devidamente discriminado conforme o **ANEXO I** do edital;

7.7.2. Cotação em moeda nacional (**REAL**), em algarismos, com **2 (duas) casas decimais** após a vírgula (ex: R\$0,00), sendo a frações remanescentes desprezadas, indicando o **preço unitário** de **cada item**;

7.7.3. Identificação do licitante contendo razão social da proponente, nº da inscrição no **CNPJ (CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS)**, endereço completo, **endereço eletrônico (e-mail)** e telefone;

7.7.4. Indicação da unidade de medida, quantitativo e marca.

7.8. A oferta tem que ser firme e precisa, sem alternativa de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

7.9. Não será admitida mais de uma cotação para **cada item**, bem como de quantidades inferiores às indicadas no modelo de proposta de preço (**ANEXO I**).

7.10. O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta de preço.

7.11. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas de preços apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento.

7.12. A proposta de preço na forma da **cláusula 7.7.**, bem como os documentos e certidões de habilitação relacionadas na **cláusula 14** do licitante melhor classificado, somente serão disponibilizados para avaliação do **PREGOEIRO** e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. No dia, hora e endereço eletrônico mencionado no preâmbulo do edital para o início da sessão de julgamento na internet, o **PREGOEIRO** declarará aberta a sessão para o processamento da licitação, iniciando-se os trabalhos com a divulgação das **propostas de preços eletrônicas** recebidas e início da etapa de lances.

8.2. A comunicação entre o **PREGOEIRO** e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema (**CHAT**).

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO

9.1. O critério de julgamento é o de **MENOR PREÇO TOTAL**, sendo a adjudicação realizada por **item**, não se admitindo proposta com preços irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos, conforme dispõe o **§3º do art. 44 da Lei Federal nº8.666/1993**.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

9.1.1. A licitação será dividida em itens, conforme descrito no **ANEXO I** do edital, sendo facultado ao licitante a participação em quantos **materiais/produtos** forem de seu interesse.

9.2. O **PREGOEIRO** procederá à análise das propostas de preços **readequadas** apresentadas, **desclassificando**, aquelas que lançarem **quantitativo inferior** ao descrito, tal qual as que apresentarem desconformes e incompatíveis que alterem, descaracterizem ou desatendam às **especificações do objeto** contidas no **ANEXO I**, bem como aquela que **não** indicarem a **marca**, independentemente do valor que foi ofertado.

9.3. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

9.4. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do **VALOR TOTAL ESTIMADO**, desclassificando-se as propostas com preços que excedam esse limite estabelecido ou sejam inexequíveis, assim considerado, aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da licitação, conforme dispõe o **art. 48, II** da **Lei Federal nº8.666/1993**.

9.4.1. Serão desclassificados os preços, **que após a finalização da rodada de lances**, estiverem superiores ao **valor total de cada item** estimado constante da planilha do **ANEXO IV** ou sejam inexequíveis.

9.5. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do **§ 3º** do **art. 43** da **Lei Federal nº8.666/1993**, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

9.5.1. Questionamentos junto ao licitante proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

9.5.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

9.5.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério da Previdência Social;

9.5.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

9.5.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

9.5.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa privada;

9.5.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

9.5.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

9.5.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

9.5.10. Estudos setoriais;

9.5.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

9.5.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a **execução do objeto**;

9.5.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

9.6. O licitante poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo, portanto, apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DO MODO DE DISPUTA

10.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro.

10.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor total** do item.

10.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao **último por ele ofertado** e registrado no sistema.

10.3. Não serão aceitos **2 (dois)** ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da empresa ofertante.

10.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento **serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.**

10.6. Durante a fase de lances, o **PREGOEIRO** poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

10.7. No caso de desconexão com o **PREGOEIRO**, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.

10.8. No caso de desconexão do **PREGOEIRO** persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão pública será suspensa e reiniciada após decorrido, no mínimo **24h (vinte e quatro horas)**, da comunicação expressa do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

10.9. O modo de disputa adotado na licitação é o **"ABERTO"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos com prorrogações.

10.9.1. A etapa de lances na sessão pública terá duração de **10 (dez) minutos**, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos **2 (dois) minutos** do período de duração da sessão pública.

10.9.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a **cláusula anterior**, será de **2 (dois) minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

10.9.3. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a **20 (vinte) segundos**. E o intervalo entre lances não poderá ser inferior a **3 (três) segundos**, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema.

10.9.4. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, **0,10% (hum décimo por cento)**, tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

10.9.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida na **cláusula 10.9.1.** e na **cláusula 10.9.2.**, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

10.9.6. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o **PREGOEIRO**, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

10.9.7. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com as cláusulas anteriores deverão ser desconsiderados pelo **PREGOEIRO**, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à **SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA**.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

10.9.7.1. Na hipótese da **cláusula anterior**, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

10.10. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será é o previsto no **art. 3º, § 2º** da **Lei Federal nº8.666/1993**, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

10.10.1. No país;

10.10.2. Por empresas brasileiras;

10.10.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.10.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

10.11. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. Após o encerramento da fase de lances e havendo empate na forma do **art. 44** da **Lei Complementar nº123/2006**, será assegurado ao **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP**, a preferência de contratação como critério de desempate.

11.1.1. Configura empate a situação em que os valores das propostas apresentadas por **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP** sejam iguais ou até **5% (cinco por cento)** superiores à proposta de melhor preço.

11.2. No caso de empate previsto na **cláusula 11.1.1.**, serão adotados os seguintes procedimentos:



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

11.2.1. O **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP** mais bem classificado poderá, no prazo de **5 (cinco) minutos**, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior àquela com melhor preço.

11.2.2. Não ocorrendo a apresentação de nova oferta pelo **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP**, na forma da **cláusula 11.2.1.**, o sistema convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem no regime estabelecido no **art. 44** da **Lei Complementar nº123/2006**, para, na ordem classificatória, exercerem o mesmo direito;

11.2.3. Havendo equivalência dos valores apresentados pelos **microempreendedores individual - MEIs, microempresas - MEs** e **empresas de pequeno porte - EPPs**, o sistema fará um sorteio eletrônico para que se identifique qual poderá, primeiramente, exercer o direito de apresentar nova proposta com valor inferior àquela com melhor preço.

11.2.4. Na hipótese de não se viabilizar a apresentação de nova proposta por **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP**, segundo os procedimentos acima, será considerado o menor valor apresentado inicialmente.

12. DA NEGOCIAÇÃO

12.1. Encerrada a etapa de negociação e concedido ao **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP** a preferência de contratação na forma do **art. 44** da **Lei Complementar nº123/2006**, o **PREGOEIRO** deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

13.1. Encerrada a etapa de negociação, o **PREGOEIRO** examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação previsto no edital e seus anexos, observado o disposto no **parágrafo único do art. 7º** e no **§ 9º do art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019**.

13.1.1. O exame da proposta classificada em **1º (primeiro)** lugar será de acordo com o **CRITÉRIO DE JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO** previstos na **cláusula 9** do edital.

13.1.2. A proposta será **desclassificada** quando se apresentar desconforme e incompatível que altere, descaracterize ou **desatenda às especificações do objeto** contidas no **ANEXO I**, bem como aquela que não indicarem a **marca do produto**, independentemente do preço que foi ofertado.

13.2. O **PREGOEIRO** solicitará ao licitante melhor classificado para que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a **proposta de preço readequada** ao último lance ofertado e após a negociação realizada, por meio da opção "**ANEXAR**" no sistema, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados.

13.2.1. A **proposta de preço readequada** deve **obrigatoriamente** observar as regras previstas na **cláusula 7.7**.

13.3. O **PREGOEIRO** poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ** ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar e subsidiar sua decisão.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

13.4. O **PREGOEIRO** poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **2 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta de preços.

13.4.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por intermédio de solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita pelo **PREGOEIRO**.

13.5. Se a proposta de preços não for aceitável, o **PREGOEIRO** examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.6. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o **PREGOEIRO** verificará a habilitação do licitante detentor da proposta classificada em **primeiro lugar**, observado o disposto no edital.

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o **PREGOEIRO** verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame licitatório ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

14.1.1. SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF;

14.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

14.2. Constatada a existência de sanção, o **PREGOEIRO** reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

14.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos **arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº123/2006**, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

14.4. Para habilitação na licitação, o licitante deverá apresentar **em seu nome** os documentos e as certidões, conforme abaixo:

14.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

14.4.1.1. Registro no **REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS**, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;

14.4.1.2. Registro no **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS**, em se tratando de sociedade simples;

14.4.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;

14.4.1.3.1. Caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração;

14.4.1.4. No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na **JUNTA COMERCIAL** pertinente ou publicação prevista na **Lei Federal nº 6.404/1976** e suas alterações;

14.4.1.5. Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

14.4.1.6. Certificado da **CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL** – **CCMEI**, disponível em <http://www.portaldoempreendedor.com.br>, no caso de microempreendedor individual – MEI.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

14.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

14.4.2.1. Prova de inscrição no **CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ)**;

14.4.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou **municipal**, conforme o caso, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado**;

14.4.2.3. Prova de regularidade para com a **FAZENDA FEDERAL e UNIÃO**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em vigor, expedida pela Secretaria da Receita Federal (Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

14.4.2.4. Prova de regularidade para com a **FAZENDA ESTADUAL**, mediante apresentação da Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS), em vigor, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal da sede do licitante, ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

14.4.2.4.1. Conforme exigência da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SER nº033, de 24 de novembro de 2004, a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA E A CERTIDÃO NEGATIVA DE ICMS OU A CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO somente terá validade quando apresentadas em conjunto."

14.4.2.5. Prova de regularidade para com a **FAZENDA MUNICIPAL**, mediante apresentação da Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), em vigor, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda da sede do licitante, ou outra certidão equivalente, na forma da lei;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

14.4.2.6. Prova de regularidade relativa à **PREVIDÊNCIA SOCIAL**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em vigor, expedida pela Secretaria da Receita Federal (Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

14.4.2.7. Prova de regularidade relativa ao **FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO)**, em vigor, expedida pela Caixa Econômica Federal, ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

14.4.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **JUSTIÇA DO TRABALHO**, mediante a apresentação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou outra certidão equivalente, na forma da lei.

14.4.3. REGULARIDADE SOCIAL:

14.4.3.1. Declaração informando o cumprimento do disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, **que deverá ser realizada através de informação em campo obrigatório do sistema compras governamentais.**

14.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (exigida para os itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 015, 016, 017, 018, 019, 022, 029, 030, 032, 040, 042 e 045):

14.4.4.1. Licença/autorização de funcionamento emitido pela **Vigilância Sanitária Distrital, Estadual ou Municipal** válida pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

14.4.4.2. Autorização de Funcionamento - AFE emitida pela ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei Federal nº6.437 / 1977).

14.5. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo **PREGOEIRO**, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos **atestados** apresentados para fins de qualificação técnica, exibindo documentos que deram suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foram executadas as atividades.

14.6. O **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP** deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, **mesmo que apresentem alguma restrição**, nos termos do **art. 43, §1º** da **Lei Complementar nº123/2006**.

14.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista** exigida no edital, será assegurado ao **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP**, o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados do momento em que for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.6.2. A falta de regularização da documentação no prazo previsto no edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no **art. 81** da **Lei Federal nº8.666/1993**, sendo facultado ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** convocar os licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação ou revogar a licitação.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

14.7. Para efeitos da **Lei Complementar nº 123/2006**, os licitantes **deverão informar em campo obrigatório do sistema compras governamentais**, a fim de comprovar o enquadramento como **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP**.

14.8. A habilitação dos licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

14.8.1. Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF** ou no **CRC**, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências do edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da **microempreendedor individual - MEI, microempresa - ME** ou **empresa de pequeno porte - EPP**, conforme disposto na **Lei Complementar nº123/2006**, alterada pela **Lei Complementar nº147/2014**.

14.8.2. Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**.

14.9. Os documentos de que tratam as cláusulas anteriores serão analisados pelo **PREGOEIRO** quanto a sua conformidade com o solicitado no edital.

14.10. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

14.11. No caso de não atendimento aos requisitos de habilitação previstos no edital, será concedido ao licitante o prazo de 1 (uma) hora para apresentar eventual documento ausente que não foi juntado por equívoco ou falha, que ateste condição preexistente e comprobatório de condição atendida pela empresa, conforme Acórdão nº1.211/2021 - TCU – Plenário – Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues.

14.12. O PREGOEIRO inabilitará o licitante cuja documentação relacionada na cláusula 14 estejam com prazo de validade vencido e que não satisfizer às exigências do ato convocatório, bem como em desacordo com as normas do edital, respeitando a cláusula 14.6.1. e 14.11.

14.13. As certidões de regularidade fiscal e trabalhista, que não informam a sua validade deverão ser expedidas no prazo máximo de 3 (três) meses anteriores à data designada para o início da sessão de julgamento e entrega dos envelopes estipulada no edital.

14.14. Não serão aceitos protocolos de requerimentos ou solicitação de certidões junto aos órgãos competentes em substituição aos documentos exigidos no edital.

14.15. Caso o licitante seja isento de alguma inscrição, contribuição, imposto, taxa ou tributo, deverá, obrigatoriamente, fazer prova através de certidão devidamente emitida pelo órgão competente informando a respectiva isenção.

14.16. Os documentos comprobatórios exigidos para habilitação deverão ter validade na data da sessão de julgamento estabelecida no preâmbulo do edital.

14.17. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, observando-se os seguintes critérios:

14.17.1. Se o licitante for matriz, todos os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da matriz;



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

14.17.2. Se o licitante for **filial**, todos os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da **filial**, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

15. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

15.1. Encerrada a etapa de lances, o **PREGOEIRO** convocará o licitante detentor da melhor oferta, para que anexe no **sistema compras governamentais**, a **proposta de preço readequada**, em conformidade com o último lance ofertado e de acordo com a **cláusula 7.7.**

15.1.1. O **PREGOEIRO** utilizará a ferramenta "**CONVOCAR ANEXO**", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "**ANEXAR**" disponível apenas para o licitante vencedor.

15.2. Havendo a necessidade de envio de **documentos de habilitação complementares**, visando à confirmação daqueles exigidos no edital e **já apresentados**, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até **2 (duas) horas**, sob pena de inabilitação.

15.3. O licitante deverá anexar a **proposta de preços readequada**, na forma prevista na **cláusula 7.7.**, no prazo de até **2 (duas) horas** de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das **8h às 17h**, contados da convocação.

15.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da **proposta de preço readequada** por meio do *e-mail* **licitacaosaudepadua@gmail.com**.

15.4.1. Após o envio do *e-mail*, o emissor deverá entrar em contato com o **PREGOEIRO** para confirmar o recebimento do conteúdo.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

15.4.2. O **PREGOEIRO** não se responsabilizará por *e-mails* que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** quanto do emissor.

15.5. Após transcorrido o prazo de **2 (duas) horas**, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da **proposta de preços readequada**, sendo realizado, pelo **PREGOEIRO**, o registro da **não aceitação da proposta**.

15.5.1. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar a sua prorrogação, **dentro do prazo estipulado**, via **CHAT**.

15.6. Caso a proposta não for aceitável ou se o licitante deixar de enviar a **proposta de preço readequada** ou **não atender às exigências habilitatórias**, o **PREGOEIRO** desclassificará e/ou inabilitará o licitante e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

15.7. A **proposta de preço readequada** deverá obedecer às especificações contidas no edital, conforme o **ANEXO I** e de acordo com a **cláusula 7.7.** do edital.

15.8. A **proposta de preço readequada**, enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias exigidas no **edital** e **anexos**, sob pena de desclassificação.

15.9. A apresentação da **proposta de preço readequada** implicará na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

16. DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

16.1. A documentação constante na **cláusula 14, caso solicitada**, deverá ser encaminhada em original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final original, no **prazo máximo de 3 (três) dias úteis**, contados da solicitação do **PREGOEIRO** no sistema eletrônico, no endereço da **Avenida João Jasbick, s/nº, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ**, aos cuidados do **SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e com a informação do nome e número do CNPJ do licitante, bem como a indicação do edital.

16.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e **proposta de preços readequada** pelo licitante classificado em primeiro lugar, o **PREGOEIRO** o declarará vencedor.

16.3. Ocorrendo a inabilitação, o **PREGOEIRO** convocará o autor do **2º (segundo)** menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem **crescente** de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório ou poderá revogar a licitação.

17. DOS RECURSOS

17.1. Declarado o vencedor, o **PREGOEIRO** abrirá prazo de **20 (vinte) minutos**, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

17.2. O **PREGOEIRO** examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

17.3. A empresa que tiver sua intenção recursal aceita deverá registrar os fundamentos, em campo próprio do sistema, no prazo no prazo de **3 (três) dias**, através apresentação das razões do recurso, ficando, desde logo, os demais licitantes intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos e documentos indispensáveis à defesa dos seus interesses.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

17.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço **www.gov.br/compras/pt-br**.

17.5. O recurso contra decisão do **PREGOEIRO** não terá efeito suspensivo.

17.6. Decorridos os prazos para as razões e contrarrazões recursais, o **PREGOEIRO** terá até **5 (cinco) dias** para:

17.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;

17.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;

17.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso ao **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

17.7. As intenções e os recursos rejeitados pelo **PREGOEIRO** serão apreciados pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

17.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.9. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência do direito e autoriza o **PREGOEIRO** a adjudicar o objeto ao **licitante vencedor**.

17.10. Decididos os recursos porventura interpostos e constatados a regularidade dos atos procedimentais, o **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** deliberará quanto à adjudicação do objeto à empresa vencedora e à homologação da licitação.

18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

18.1. A sessão pública poderá ser reaberta:



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor **não assinar o contrato** ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do **art. 43, §1º** da **Lei Complementar nº123/2006**. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

18.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (**CHAT**) ou *e-mail*, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

18.2.2. A convocação feita por *e-mail* dar-se-á de acordo com os dados contidos no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. Constatado o atendimento de todas as exigências previstas no edital, o licitante será declarado vencedor.

19.1.1. Caso o licitante classificado em **1º (primeiro) lugar** não atenda às condições de habilitação exigidas no ato convocatório, o **PREGOEIRO** adotará o mesmo procedimento para o **2º (segundo) colocado** e assim sucessivamente até que se possa declarar um proponente vencedor e que atenda todas as exigências fixadas no edital.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

19.2. A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade do **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** e só poderá ser realizada após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo **PREGOEIRO** ou quando houver recurso, conforme as regras estabelecidas na **cláusula 17.10**.

19.3. A adjudicação do objeto à empresa vencedora e a homologação do resultado da licitação não implicarão direito à contratação.

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1. As condições de pagamento estão previstas no termo de referência (**ANEXO II**) e na minuta do contrato (**ANEXO III**).

21. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

21.1. As **impugnações** e **solicitações de esclarecimentos** aos termos do edital deverão ser dirigidas ao **PREGOEIRO**, até **3 (três) dias úteis** da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição que deve ser encaminhada por meio do *e-mail* **licitacaosaudepadua@gmail.com**.

21.2. O **PREGOEIRO**, auxiliado pelo **setor técnico competente** e/ou **pelo responsável pela elaboração do edital**, decidirá sobre a impugnação no prazo de **até 2 (dois) dias úteis**, contados da data de recebimento da impugnação.

21.3. As **impugnações** e **solicitações de esclarecimentos** não terão efeito suspensivo.

21.4. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimento serão divulgadas concomitantemente nos endereços eletrônicos **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br** e **www.comprasgovernamentais.gov.br**, para conhecimento dos interessados, vinculando os participantes e o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** quanto ao seu conteúdo.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

21.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será designada nova data para a realização do certame licitatório, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

21.6. Não sendo solicitados **esclarecimentos** e ofertadas **impugnações**, presumir-se-ão que os elementos constantes do edital e seus anexos são suficientemente claros e preciso para a participação dos interessados no certame licitatório.

22. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

22.1. As condições do recebimento do objeto da licitação estão previstas na minuta do contrato (**ANEXO III**).

23. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Os critérios da execução e da fiscalização estão previstos na minuta do contrato (**ANEXO III**).

24. DAS OBRIGAÇÕES

24.1. As obrigações estão previstas no termo de referência (**ANEXO II**) e na minuta do contrato (**ANEXO III**).

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. A fiscalização e o recebimento do objeto da licitação caberão à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, a quem a empresa vencedora deverá apresentar-se imediatamente após a retirada da **nota de empenho** e/ou assinatura do **termo de contrato**.

25.2. O valor estimado da contratação se encontra na planilha constante do **ANEXO IV** do edital.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

25.2.1. O valor estimado constitui mera estimativa, não obrigando o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** a utilizá-lo integralmente.

25.3. Os quantitativos e valores indicados na estimativa de preços acostada ao processo administrativo correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto, não vinculando as licitantes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

25.4. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Programa de Trabalho e Elemento da Despesa do Orçamento da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

25.5. O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do **art. 49** da **Lei Federal nº8.666/1993**.

25.6. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o **art. 49, §3º** da **Lei Federal nº8.666/1993**.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesse edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos.

25.8. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ**.

25.9. A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, desclassificar proposta e/ou inabilitar licitantes, que mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone de alguma forma suas condições.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

25.10. Nos casos de rescisão previstos no **art. 78** da **Lei Federal nº8.666/1993**, a Contratada sofrerá no que couber as consequências indicadas no **art. 80** do mesmo **diploma legal**, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste ato convocatório.

25.11. As normas disciplinadoras do certame serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

25.12. É facultada ao **PREGOEIRO** ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta, nos termos do **art. 43, §3º** da **Lei Federal nº8.666/1993**.

25.12.1. O PREGOEIRO ou a autoridade superior, poderá solicitar manifestação da Assessoria Jurídica, Controle Interno ou de outros Departamentos, bem como de servidores e/ou técnicos especializados que julgar necessários para subsidiar suas respectivas decisões.

25.13. O **PREGOEIRO**, no interesse do **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ**, poderá relevar omissões e falhas formais observadas na documentação e propostas de preços, desde que não contrariem as normas legais e não comprometam a lisura do procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.14. Os casos omissos serão decididos pelo **PREGOEIRO**.

25.15. O resultado da licitação será divulgado através dos sítios **www.comprasgovernamentais.gov.br** e **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br** e estará disponível junto ao **SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

25.16. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o **PREGOEIRO** e os licitantes.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

25.17. Os licitantes intimados deverão prestar quaisquer esclarecimentos adicionais no prazo determinado pelo **PREGOEIRO**.

25.18. Os licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame licitatório e as operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via **CHAT**, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.

25.19. O licitante deverá indicar ao **PREGOEIRO** todos os meios de contato (**telefone/endereço eletrônico - e-mail**), para comunicação e, ainda, obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o procedimento licitatório. E será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.

25.20. O **PREGOEIRO** não se responsabilizará por *e-mails* que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ** quanto do emissor.

25.21. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações e convocações durante a sessão pública até o encerramento da licitação no sistema eletrônico, sendo o único responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

25.22. Caso a etapa de lances ultrapasse o horário de expediente, o pregão será suspenso e retornará no horário informado pelo **PREGOEIRO** via **CHAT**.

25.23. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente ou até mesmo indisponibilidade no sistema que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido no edital, desde que não haja comunicação do **PREGOEIRO** em contrário.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

25.24. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24h (vinte e quatro horas)** de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

25.25. O foro da Cidade e Comarca de **SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ** será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas relativas ao edital, excluído qualquer outro.

25.26. Os dispositivos médicos, conforme RDC – RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 751, de 15 de setembro de 2022 da ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, deverão apresentar, conforme o caso:

25.26.1. Registro na ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE;

25.26.2. Notificação na ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, quando dispensado de registro.

25.27. Os dispositivos médicos dispensados de registro e/ou notificação, conforme dispõe a RDC – RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 751, de 15 de setembro de 2022, deverão estar em conformidade com a relação exemplificativa DA GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE (GGTPS) e disponibilizada no portal da ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE (www.anvisa.gov.br).

25.28. Integram o edital os seguintes anexos:

26.28.1. Modelo de proposta de preço (ANEXO I);

26.28.2. Termo de referência (ANEXO II);



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

26.28.5. Minuta do contrato (**ANEXO III**).

26.28.6. Planilha de valor estimado (**ANEXO IV**).

Santo Antônio de Pádua, **27** de **dezembro** de **2023**.

Rafael Lyons

Secretário Municipal de Saúde



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

PROPOSTA DE PREÇO
(ANEXO I)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

E-MAIL:

TELEFONE:

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MONITOR MULTIPARÂMETROS: parâmetros: ECG, RESP, SPO2, PNI e TEMP , pré configurado de 20', com bateria acoplada, acessórios, suporte, alimentação elétrica 127v e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12			
002	CARDIOVERSOR: aparelho cardioversor desfibrilador bifásico contendo pás adulto e pediátrica, choque bifásico até 360 joules, sincronismo para cardioversão, deve apresentar tecnologia de prevenção de morte súbita (PMS), permitindo o monitoramento contínuo do paciente e a prévia identificação de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular rápida, acionando, nesta situação um alarme visual e sonoro, comando nas pás: carga e disparo, com memória de ECG, com impressora, bateria integrada e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3			



EDITAL 034/2023

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

003	<p>OXICAPNÓGRAFO: aparelho de oxicapnografia que fornece com alta precisão os valores de capnografia e oximetria ETCO₂, /CO₂ inspirado, respiração, SpO₂ e BPM, utiliza tecnologia sidestram podendo ser usado em pacientes intubados e não intubados, com visualização de curva pletismográfica ou de dióxido de carbono CO₂, portátil e ergonômico, alimentação na faixa: 0 a 100%, amostragem: 8 bpm, precisão: ± 2% de 70 a 100% e ± 3% de 50 a 69%, especificar 110Vac ou 220Vac, bateria interna: LI + (lithium-Ion), 7,4 Vdc substituível, tempo de uso contínuo: 6 horas quando carregado totalmente, tempo de carga de 2,5 horas (opcional). pulso saída serial faixa: 30 a 254 bpm, amostragem: média de 8s, precisão: ± 2% bpm ou 2%(qual for maior) de 30 a 254 bpm, tonalidade: tom de pulso corresponde ao volume ajustado para SpO₂ ou OFF (desligado), porta de comunicação por infravermelho compatível com impressora HP82240B ou similares, formato dos dados: específico, baud rate = 500 , opções: somente texto, dados do paciente ou tabela de tendência, alarme especificação ambiental, ajuste de limites de alto e baixo, indicação luminosa de alarme, ajuste do volume de alarmes, silenciado por 2 min ou indefinidamente indicado através de um led, temperatura de operação: 0 a 60°C, temperatura de armazenamento: -40 a 75°C, umidade relativa: 15 a 95% (operação) 10 a 90% (armazenamento) e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>	UNID	4			
004	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: modelo: elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm, tipo frasco: 2 frascos em plástico, volume: cerca de 4 l x 4 l, componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal, suporte com rodízios: possui, válvula de segurança: possui, frasco: termoplástico/vidro, fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm, alimentação elétrica bivolt, frequência 60 Hz e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses,</p>	UNID	10			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	contados a partir da data do fornecimento.					
005	DETECTOR FETAL: tipo: portátil, ajuste: ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: alto falante e transdutor, outros componentes: entrada auxiliar e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4			
006	ELETCARDIOGRAFO PORTÁTIL MULTICANAL: especificações técnicas mínimas: apresentação de ECG em papel milimetrado comum tamanho ofício ou formulário contínuo 80 colunas tamanho ofício, com impressão das derivações simultâneas em uma única página, derivações: DI a V6, identificação automática de todas as derivações, velocidades de impressão ajustável minimamente entre 10 e 50 mm/s, ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV, modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla, manual ou ritmo, sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado, sistema de proteção contra descarga do desfibrilador, filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular (40 Hz), correção automática da linha de base, acessórios inclusos: 02 cabos paciente, 10 vias com plug tipo clip, 04 eletrodos tipo clip para membros, 06 eletrodos de sucção précordiais não descartáveis, carro para transporte, alimentação elétrica: entrada 127 AC (ou bivolt automático), 60 Hz, conformidade do produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2- 25, manual de operação (por equipamento) e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

007	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, plataforma: 340 x 390mm, estrutura em chapa de aço carbono, pintura poliéster a pó na cor branca, tapete adesivo em PVC, pés reguláveis em borracha sintética e fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5			
008	ESTABILIZADOR MICROCONTROLADO - 45KVA: potência: 45kVA/36kW, configuração trifásica, disparo em zero controlado pela CPU, rendimento: > 90%, processo de regulação por tapes (tiristores totalmente estático), correção de busca direta de tapes, led's para indicar o funcionamento do estabilizador de tensão, tensão de entrada: 190/200/208/220/380/400/415/440/460/480V 3F+N+T, variação de tensão admissível ±15%, conexão de entrada: com conector, tensão de saída: 190/200/208/220/380/400/415/440/460/480V 3F+N+T, regulação estática ±3%, fator de potência de saída: 0.8 ou 1, conexão de saída: com conector, estabilização independente por fase, tempo de resposta: 4 milissegundos (1/4 de ciclo), distorção harmônica: não introduz, sistema de proteção, modelos com isolamento e sem isolamento, compatível com grupo gerador. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	1			
009	NOBREAK 600VA/360W: potência nominal, entrada 120V, 230V/saída 120V, Interface de gerenciamento via porta USB, bateria selada chumbo - acido livre de manutenção, a prova de vazamento, tempo de autonomia com carga media de 10.1 minutos e com carga cheia de 2.1 minutos e baterias substituíveis pelo usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12			
010	NOBREAK 700VA: tensão de entrada: 115V - 220V (bivolt), potência: 700 VA/350 W, tomada de alimentação (plugue NBR 14136), comprimento do cabo maior que 1,20m, número de tomadas de saída: 4 tomadas	UNID	4			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	(plugue NBR 14136), frequência de saída: 60HZ, saída: potência máxima configurável de 350W 60Hz, filtro de linha, estabilizador 3 estágios, forma de onda senoidal aproximada, eficiência de 90% (carga total), tempo de resposta do inversor < 0,8ms, bateria chumbo-acido (ion-lítio), painel de controle com indicação do status do led para bateria ligada e alarme sonoro distinto para pouca bateria. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.					
011	NOBREAK 800VA: bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V, tomada de alimentação (plugue NBR 14136), comprimento do cabo maior que 1,20m, número de tomadas de saída: 4 tomadas (plugue NBR 14136), filtro de linha, estabilizador 3 estágios, forma de onda senoidal aproximada, eficiência de 90% (carga total), tempo de resposta do inversor < 0,8ms, bateria chumbo-acido (ion-lítio), painel de controle com indicação do status do led para bateria ligada e alarme sonoro distinto para pouca bateria. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2			
012	NOBREAK 1500VA/865W: potência nominal, entrada 120V/saída 120V, interface de gerenciamento via porta USB, bateria selada chumbo-acido livre de manutenção, a prova de vazamento, tempo de autonomia com carga media de 12.4 minutos e com carga cheia de 3.7 minutos e baterias substituíveis pelo usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2			
013	CARRO DE CURATIVOS: estrutura confeccionada em tubos de aço inoxidável com acabamento polido, tampo e prateleira confeccionados em chapa de aço inoxidável com bordas laterais dobradas, sem arestas e com acabamento escovado, com balde e bacia, gradil de proteção confeccionado em aço inoxidável com párachoque de material termoplástico, equipado com rodas giratórias de diametro 3" revestidas com material termoplástico, dimensões mínimas: comprimento 935mm, largura 510mm e altura 890mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

014	SUPORTE DE HAMPER: estrutura em tubo aço 15,87mm x 1,20mm, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, com três rodízios giratórios de 50mm e dimensões: A 0,85m x D 0,58m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
015	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2			
016	CADEIRA DE RODAS ADULTO: fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, apoio para os braços e pés removíveis, rodas traseiras aro 24" com pneus maciços (ou infláveis) e dianteiras aro 06" com pneus maciços, freios bilaterais e aro impulsor bilateral, largura do assento: 40 cm, profundidade do assento: 43 cm, altura encosto: 40 cm, altura do assento ao chão: 50 cm, comprimento total da cadeira: 76 cm, largura total aberta: 65 cm, largura total fechada: 33 cm, altura do chão à manopla: 90 cm, capacidade máxima de peso: 85kg, altura do chão ao ap de braço: 67 cm, altura do assento ao ap de braço: 16 cm e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
017	CADEIRA DE RODAS ESPECÍFICA PARA PACIENTES OBESOS: confeccionada em tubos redondos de 1.1/4" x 2,50 mm em aço esmaltado, com rodízios de 8" sendo 2 com freios em diagonal, assento com espuma de alta densidade e coberto em courvin preto e encosto com chapa de compensado de 15 mm, dotada de suporte móvel para os pés, assento medindo 80 cm x 50 cm, altura assento-chão: 50 cm, capacidade de 250 a 300 kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

018	CARRO MACA LEITO: com cabeceira regulável, estrutura tubular e leito confeccionado totalmente em aço inoxidável, grades laterais confeccionado em aço inoxidável com acabamento polido, com colchão densidade D28, revestimento em courvin sintético, na cor azul escuro, com rodízios e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
019	CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA: em aço inox para obesos com as seguintes especificações: 01 leito e 02 carros, suporte de soro e 02 grades de abaixar fabricados em aço inox, párachoque pintado e revestido com PVC cinza, trilho com 08 roldanas de tecnil, rodas: 8" garfo zincado, colchonete: d- 33, sendo comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,07m, medidas/leito: comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,85m, capacidade de peso: 250 a 300kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4			
020	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA: velocidade de impressão (preto normal A4) mínima de 50 ppm, qualidade de impressão preto (ótima) mínima de 600x600 ppp, tecnologia de impressão laser monocromática, ciclo de trabalho (mensal A4) mínimo de 300.000 páginas, volume mensal de página recomendado mínimo de 15000 a 50000, memória de padrão mínima de 128 MB, velocidade de processador mínimo de 533MHz, sistema operacionais compatíveis Microsoft Windows 2000, XPHome, XPProfessional, Windowsvista, Windows7, MacOS9 e MacOSX. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: impressora laser, monocromática, conexão USB, 110v, capacidade de saída do papel: 50 folhas, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico, velocidade máxima em preto (ppm): 21 ppm, resolução (máxima) em dpi: até 2400 x 600 dpi, capacidade da bandeja de papel: 150 folhas, emulação: GDI, tempo de impressão da primeira página: menos de 10 segundos, memória padrão: 1 MB, capacidade de entrada de papel: bandeja padrão p/ 50 folhas, capacidade de saída de papel: 50 folhas (viradas para baixo), tipo de papel: papel normal, fino e reciclado, tamanho de papel: A4, A5, carta e ofício - REFERÊNCIA: HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5			
022	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS: com estrutura confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1.1/4" x 1,50 mm de diâmetro, encosto confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, assento confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 8" de diâmetro, sendo 2 com freios traseiros, dimensões úteis: 0,71 x 0,53 x 0,43 m assento (c x l x a), dimensões externas: 1,03 x 0,93 x 0,92 m total (c x l x a), capacidade de 250 a 300 kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4			
023	ARQUIVO DE AÇO: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com 02 chaves cada, gavetas deslizando sobre rodízios em corrediças do tipo progressivo, pintura epóxi por processo eletrostático após tratamento antiferruginoso por fosfatização e com secagem em estufa de alta temperatura, chapa de 22 USG no corpo e 18 USG na base, cor: cinza, características adicionais: com puxadores e porta etiqueta de controle de movimentação de processo. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
024	Ar condicionado Split 12.000 BTUS, frio. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	8			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL 034/2023

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

025	Ar condicionado Split 18.000 BTUS, frio. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2			
026	ARMARIO DE AÇO PA 120 2 PORTAS: com 02 portas de abrir, 04 prateleiras reguláveis, com chaves, maçaneta, medidas 198 altura x 1200 largura x 400 profundidade e cor cinza. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
027	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: com vidros, medidas mínimas 1,65 x 0,65 x 0,4, fabricado em estrutura metálica com cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, fechada com chapa de aço esmaltada nos fundos, base e teto, pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC, com vidro incolor de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e portas e com fechadura. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
028	SMART TV LED 42 FULL HD HDMI, USB, Wi-Fi E CONVERSOR DIGITAL., Conversor Digital. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2			
029	BISTURI ELÉTRICO (a partir de 200 W): bisturi eletrônico micro controlado com saída isolada para uso em cirurgia geral de pequeno, médio e grande porte incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia, com pelo menos as seguintes características: compacto e de baixo peso, inferior a 8,5 kg, ventilação por convecção não forçada (sem ventilador) do circuito interno, modo de operação monopolar (corte e coagulação) e bipolar, modo monopolar, corte com potência de saída de até 300W para corte puro e pelo uma opção de blend, modo monopolar coagulação com potência de até 120 W e pelo menos 4 opções de operação: dissecação, fulguração com alto crest factor, fulguração com baixo crest factor e spray, ou opções equivalentes, modo bipolar com potência de saída de até 70 W e pelo menos 3 opções de operação: macrobipolar (tensão máxima de 750 Vpp +/-10%), padrão (tensão máxima 320 Vpp +/-10%) e precisa (tensão máxima 450 Vpp +/-10%) ou opções equivalentes, permitir selecionar o modo de operação (monopolar ou bipolar) através do pedal, modo monopolar acionado através de	UNID	2			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	<p>pedal de duplo comando (corte e coagulação) e através de caneta de comando manual, modo bipolar acionado através de pedal independente, duas saídas monopolares independentes que permitam operação simultânea de dois cirurgiões através de caneta de comando manual, sistema de resposta instantânea que compense a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e que garanta uma taxa de eficiência de potência superior a 90%, controle de ajuste de potência através de teclas ou controle rotativo (encoder), display digital que indique, para todos os modos de operação, a potência de saída em watts, sistema de monitoração de contato placa - paciente, com indicador visual, bloqueando o acionamento de RF e ativando o alarme áudio - visual em caso de descolamento total ou parcial da placa, o sistema de monitoração de placa deverá ser capaz de identificar automaticamente a adaptação de placa de retorno simples (uma face de contato) ou placa dividida/dupla (duas facas de contato), sistema de monitoração da integridade cabo - placa de retorno, bloqueando o acionamento de RF e ativando alarme audiovisual em caso de desconexão ou falha de continuidade do cabo da placa, painel do equipamento deve ser classificado como IPX - 4 (a prova de líquidos), operar em rede elétrica de 110 V, memória que armazene a última programação dos níveis de potência em caso de queda de energia e dispor de sistema de auto - diagnóstico em caso de falha, gerando códigos de erro no painele e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>					
030	<p>MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA: o sistema de funcionamento da mesa cirúrgica deve ser eletromecânico, sendo que seu acionamento elétrico deve ser efetuado através de controle remoto com fio e painel de controle localizado na coluna da mesa, base e coluna: construída em chapa de aço pintada e revestida, deve possuir painel de controle na coluna para acionamento elétrico dos movimentos, chassi: blindado oferecendo maior resistência à mesa, construído em chapa de aço inoxidável, tampo: construído em nylon rádio transparente montado sobre estrutura de aço</p>	UNID	2			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	<p>inoxidável, permitindo a utilização do intensificador de raio X, dividido em 5 seções: cabeceira, dorso, assento, prolongador de pernas e seção de pernas, réguas laterais em aço inoxidável com corredeiras para colocação de acessórios, rodas: duas rodas fixas de 2 polegadas de diâmetro duas rodas retráteis de 3 polegadas utilizadas para imobilização da mesa no solo, acionadas por controle remoto com fio, estofados: confeccionado em poliretano e encaixado nos seus respectivos tampos, movimentos: os movimentos de ajuste de altura, inclinação lateral, trendelemburg, reverso de trendelemburg, longitudinal e acionamento das rodas devem ser efetuados através de motores comandados eletricamente através de controle remoto com fio, painel de controle localizado na coluna e controle remoto sem fio, deve ser equipada com baterias que permite sua utilização sem energia elétrica, os movimentos de cabeça, dorso e pernas são efetuados manualmente por sistema pneumático acionados por alavancas, acessórios que devem acompanhar o produto: arco de Narcose, suporte de ombreiras (par), porta-coxas (par), conjunto de estofados, suporte para braço (par), fixador radial em inox (6 peças), controle remoto com Fio, dimensões: comprimento do leito: 2050 ± 10 mm, largura do leito: 495 ± 10 mm, largura máxima: 663 ± 10 mm, altura máxima: 1070 ± 10 mm, altura mínima: 815 ± 10 mm, movimento longitudinal: 190 ± 10 mm, ângulos: lateral direita: min. 18°, lateral esquerda: min. 18°, trendelemburg: min. 18°, reverso do trendelemburg: min. 18°, dorso: +55° Min. ~ - 10° nominal, perna: +30° nominal ~ - 90° min., cabeça: +45° Min. ~ -40° nominal e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>					
031	<p>COMPUTADOR COMPLETO: processador: 8 núcleos, clock mínimo de 3.6GHZ, arquitetura X86, 64BITS, 12MB de cache, placa principal: mínimo 01 conector de áudio, 04 SLOTS DDR4 expansível até 64GB, interface SATA3 com velocidade mínima de 6GB/S, interface com conector tipo PCIE NVME M.2 ou superior, suporte interno para discos SSD com interface M2 ou M-SATA, memória RAM: mínimo DDR4-</p>	UNID	10			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	<p>3000MHZ, 16GB em 2 módulos idênticos operando em DUAL CHANNEL, expansível até 64GB, disco rígido - HD: SSD mínimo de 240GB tipo PCIE NVME M.2 2280 E HD tipo SATA-3 1000GB e rotação de 7200RPM, unidade mídia ótica: sem, interface comunicação: 10 portas USB, sendo no mínimo 05 portas USB 3.0, interface de rede rj45 padrão GIGABIT ETHERNET, velocidade 10/100/1000 MB/S com sinalização de atividade e velocidade, 1 interface WIRELESS (A/B/G/N), 1 conexão VGA, 1 conexão HDMI, interface vídeo: 6 GB de memória DDR6, suporte a 2 monitores em simultâneo, monitor: LED com tecnologia IPS, mínimo 23 polegadas, mínimo 02 conexões (01 HDMI E 01 VGA OU DP), resolução de 1920X1080, sistema operacional: MICROSOFT WINDOWS 10 professional 64BITS português ou superior, gabinete: padrão mini/micro SMALLFORMFACTOR, botão de liga/desliga, mouse: 02 botões, 01 SCROLL, resolução 1000DPI, conectividade USB, teclado: conectividade USB, ABNT2 104 teclas e acessórios: MICROSOFT OFFICE 2019 64BITS português ou superior. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>				
032	<p>SERRA DE GESSO: serra elétrica para gesso e autópsia, potência e oscilação necessária para corte rápido e preciso sem risco de causar lesão ao paciente, equipamento confeccionado em alumínio fundido e aço inoxidável com acabamento em pintura a pó epóxi eletrostática, apresentada em duas versões de motores: um a 110 Volts e outro a 220 Volts e ambos com consumo de 240 watts a 50/60 hertz, acessórios: 01 disco de serra 64mm de aço inox, 01 disco de serra 50mm de aço inox e 01 chave de 13mm combinada e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>	UNID	2		
033	<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA: cor: preto, encosto em resina plástica, material assento: poliéster, apoio lombar, assento estofado, densidade: 45 a 55 kgf/m³, apoio de braço regulável em altura, ajuste de altura, encosto inclinável - ergonômica: atender NR17, peso mínimo suportado: 110kg,</p>	UNID	10		

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.					
034	MESA DE MAYO: estrutura em tubos esmaltados ou inóx de 25,40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo maciço cromado, bandeja em aço inóx, medidas largura: 32 cm, comprimento: 48 cm e altura: 80 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
035	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: material: aço inoxidável, acabamento: aço inoxidável em toda volta, cor: n/a, 2 degraus, superfície do degrau com borracha antiderrapante e cinta de aço inoxidável, largura: 22 cm, carga trabalho: 150 kg e acessórios: pés com ponteira de borracha. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	100			
036	REFRIGERADOR DOMÉSTICO: capacidade total líquida mínima de 299 litros, na cor branca, uma porta, prateleiras internas, congelador, lampada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, tensão 127 volts e certificado com selo PROCEL INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2			
037	BANQUETA GIRATÓRIA AJUSTÁVEL MOCHO: sem encosto, com regulagem de altura, base giratória e banco estofado em couro sintético, peso real suportado (kg): 110kg, com estrutura giratória, assento em couro ecológico, espessura assento (cm): 8,5cm, diâmetro assento (cm): 36cm, densidade espuma: D45 e estrutura - regulagem de altura a gás. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			
038	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAIS: semi circular, em aço inox, com rodízios, 2" polegadas com freios em diagonal. altura total: 800mm e largura total: 410mm e comprimento total: 1.200mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

039	MESA PARA REFEIÇÕES: tampo de madeira revestido de formica, pés em tubos de aço esmaltado, com 2 rodízios de 2", de forma que a mesa sobreponha-se sobre o leito, regulagem de altura através de roseta, dimensões do tampo: 0,40 x 0,70m e alt. máx. 1.03m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	80			
040	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA: equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia, cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação, trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes, porta de acesso rebatível, mínimo de 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara, pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente, suporte com rodízios mínimo 4 polegadas e freios, leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de trendelenburg e próclive, sem abrir a cúpula, possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente, capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis, não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção, painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados, servocontrole de temperatura do ar ATC (temperatura do ar controlada) e de pele ITC (temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar, indicação das	UNID	2			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia, sistema de circulação de ar dentro da cúpula, alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: alta temperatura ar/pele, baixa temperatura ar/pele, alta de circulação do ar, hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor a pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura, sistema de segurança, tecla para silenciar alarmes momentaneamente, gabinete (1 ou 2 gavetas), suporte de soro, duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg, todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.					
041	MESA PARA CONSULTÓRIO: especificações: altura: 75cm, largura: 120cm, profundidade: 60cm, pés: metalon 50x30, tampo: MDP, acabamento: fita de borda, gaveteiro: 2 gavetas em MDP e com duas chaves. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12			
042	MESA GINECOLÓGICA: construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade D28 e napa, 2 portas, 3 gavetas e 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço inox, suportar até 200kg, dimensões externas aproximadas: 1,20 m x 0,60 m x 0,80 m (CxLxA) e dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3			
043	LONGARINA 5 LUGARES: estrutura tubular, material assento e encosto: courino na cor preta, pés oblongos cromados com sapatas niveladoras, assento com espuma injetada anatômica, alta densidade, encosto modelo diretor, apoio para braços cromados com	UNID	20			

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	apoio, densidade: 45 a 55 kgf/m ³ , dimensões mínimas aproximadas (P = Profundidade, L = Largura, A = Altura e E = Espessura estofado): encosto: A = 450mm L = 422mm, assento: L = 470mm P = 435mm E = 70mm e largura total: 2,10m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.					
044	SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO: suporte para soro altura regulável em aço inox, estrutura em tubo redondo de 1"x1,25 mm e haste em aço inóx. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	20			
045	LAVADORA ULTRASSÔNICA: capacidade acima de 15 litros, lavadora ultrassônica utilizada para auxiliar na limpeza de materiais, sistema de limpeza por ultra-som com aquecimento, chave liga/desliga, ciclo de trabalho automático, temporizador eletrônico microprocessado, timer decrescente com ajuste até (60) sessenta minutos com painel digital e sinal sonoro ao término do ciclo, aquecimento com temperatura de 40 a 60°C (modelos 20CA, 20IA), termostato, para controle da temperatura com indicadores visuais, painel confeccionado em membrana de policarbonato, possuir todos os comandos de operação da lavadora, dreno e registro para facilitar a limpeza e drenagem do líquido do tanque, tanque em aço inoxidável, cesto com furações para maximizar o rendimento do ultrassom e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	1			
046	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: confeccionado em aço inoxidável, com apoio para o braço e pedestal com regulagem de altura. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10			



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

047	SELADORA DE BANCADA COM TEMPORIZADOR: equipamento bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com LED's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana, resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, potência: 80 Watts voltagem, área de selagem (comprimento): 30 cm, espessura de selagem: 12 mm e dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3			
------------	--	------	----------	--	--	--

*** As marcas e modelos constantes da descrição dos itens são meramente referenciais a fim de indicar o parâmetro de qualidade, podendo ser cotado outros produtos equivalentes, similares ou de melhor qualidade.**

“As empresas que contratam com a Administração devem ofertar preços compatíveis com os de mercado, sob pena de serem responsabilizadas por eventual sobrepreço constatado no contrato, uma vez que o regime jurídico-administrativo relativo às contratações públicas, com a consequente obrigação de seguir os preços praticados no mercado (art. 42, inciso IV da Lei 8.666/1993), se aplica tanto a Administração Pública quanto aos colaboradores privados” – ACÓRDÃO 992/2022. PLENÁRIO – RELATOR MINISTRO BENJAMIN ZYMLER.

“Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela Administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar” ACÓRDÃO 183/2019. PLENÁRIO - RELATOR MINISTRO BENJAMIN ZYMLER.

E segue abaixo os dados necessários para eventual formalização do **contrato**, bem como dados para pagamento:



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

Nome completo:

Cargo ocupacional:

CPF:

Carteira de identidade:

Órgão expeditor:

Data da expedição:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

Conta corrente:

Local,/...../2023.

Assinatura do representante legal da empresa



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

TERMO DE REFERÊNCIA

(ANEXO II)

1. DO OBJETO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA, conforme descrição abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
001	MONITOR MULTIPARÂMETROS: parâmetros: ECG, RESP, SPO2, PNI e TEMP , pré configurado de 20', com bateria acoplada, assessórios, suporte, alimentação elétrica 127v e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12
002	CARDIOVERSOR: aparelho cardioversor desfibrilador bifásico contendo pás adulto e pediátrica, choque bifásico até 360 joules, sincronismo para cardioversão, deve apresentar tecnologia de prevenção de morte súbita (PMS), permitindo o monitoramento contínuo do paciente e a prévia identificação de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular rápida, acionando, nesta situação um alarme visual e sonoro, comando nas pás: carga e disparo, com memória de ECG, com impressora, bateria integrada e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3
003	OXICAPNÓGRAFO: aparelho de oxicapnografia que fornece com alta precisão os valores de capnografia e oximetria ETCO2, /CO2 inspirado, respiração, SpO2 e BPM, utiliza tecnologia sidestram podendo ser usado em pacientes intubados e não intubados, com visualização de curva pletismográfica ou de dióxido de carbono CO2, portátil e ergonômico, alimentação na faixa: 0 a 100%, amostragem: 8 bpm, precisão: ± 2% de 70 a 100% e ± 3% de 50 a 69%, especificar 110Vac ou 220Vac, bateria interna: LI + (lithium-Ion), 7,4 Vdc substituível, tempo de uso contínuo: 6 horas quando carregado totalmente, tempo de carga de 2,5 horas (opcional). pulso saída serial faixa: 30 a 254 bpm, amostragem: média de 8s, precisão: ± 2% bpm ou 2%(qual for maior) de 30 a 254 bpm, tonalidade: tom de pulso corresponde ao volume ajustado para SpO2 ou OFF (desligado), porta de comunicação por infravermelho compatível com impressora HP82240B ou similares, formato dos dados: específico, baud rate = 500 , opções: somente texto, dados do paciente ou tabela de tendência, alarme especificação ambiental, ajuste de limites de alto e baixo, indicação luminosa de alarme, ajuste do volume de	UNID	4

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	alarmes, silenciado por 2 min ou indefinidamente indicado através de um led, temperatura de operação: 0 a 60°C, temperatura de armazenamento: -40 a 75°C, umidade relativa: 15 a 95% (operação) 10 a 90% (armazenamento) e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.		
004	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: modelo: elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm, tipo frasco: 2 frascos em plástico, volume: cerca de 4 l x 4 l, componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal, suporte com rodízios: possui, válvula de segurança: possui, frasco: termoplástico/vidro, fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm, alimentação elétrica bivolt, frequência 60 Hz e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
005	DETECTOR FETAL: tipo: portátil, ajuste: ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: alto falante e transdutor, outros componentes: entrada auxiliar e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4
006	ELETCARDIOGRAFO PORTÁTIL MULTICANAL: especificações técnicas mínimas: apresentação de ECG em papel milimetrado comum tamanho ofício ou formulário contínuo 80 colunas tamanho ofício, com impressão das derivações simultâneas em uma única página, derivações: DI a V6, identificação automática de todas as derivações, velocidades de impressão ajustável minimamente entre 10 e 50 mm/s, ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV, modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla, manual ou ritmo, sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado, sistema de proteção contra descarga do desfibrilador, filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular (40 Hz), correção automática da linha de base, acessórios inclusos: 02 cabos paciente, 10 vias com plug tipo clip, 04 eletrodos tipo clip para membros, 06 eletrodos de sucção précordiais não descartáveis, carro para transporte, alimentação elétrica: entrada 127 AC (ou bivolt automático), 60 Hz, conformidade do produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2- 25, manual de operação (por equipamento) e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

007	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, plataforma: 340 x 390mm, estrutura em chapa de aço carbono, pintura poliéster a pó na cor branca, tapete adesivo em PVC, pés reguláveis em borracha sintética e fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5
008	ESTABILIZADOR MICROCONTROLADO - 45KVA: potência: 45kVA/36kW, configuração trifásica, disparo em zero controlado pela CPU, rendimento: > 90%, processo de regulação por tapes (tiristores totalmente estático), correção de busca direta de tapes, led's para indicar o funcionamento do estabilizador de tensão, tensão de entrada: 190/200/208/220/380/400/415/440/460/480V 3F+N+T, variação de tensão admissível ±15%, conexão de entrada: com conector, tensão de saída: 190/200/208/220/380/400/415/440/460/480V 3F+N+T, regulação estática ±3%, fator de potência de saída: 0.8 ou 1, conexão de saída: com conector, estabilização independente por fase, tempo de resposta: 4 milissegundos (1/4 de ciclo), distorção harmônica: não introduz, sistema de proteção, modelos com isolamento e sem isolamento, compatível com grupo gerador. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	1
009	NOBREAK 600VA/360W: potência nominal, entrada 120V, 230V/saída 120V, Interface de gerenciamento via porta USB, bateria selada chumbo - acido livre de manutenção, a prova de vazamento, tempo de autonomia com carga media de 10.1 minutos e com carga cheia de 2.1 minutos e baterias substituíveis pelo usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12
010	NOBREAK 700VA: tensão de entrada: 115V - 220V (bivolt), potência: 700 VA/350 W, tomada de alimentação (plugue NBR 14136), comprimento do cabo maior que 1,20m, número de tomadas de saída: 4 tomadas (plugue NBR 14136), frequência de saída: 60HZ, saída: potência máxima configurável de 350W 60Hz, filtro de linha, estabilizador 3 estágios, forma de onda senoidal aproximada, eficiência de 90% (carga total), tempo de resposta do inversor < 0,8ms, bateria chumbo-acido (ion-lítio), painel de controle com indicação do status do led para bateria ligada e alarme sonoro distinto para pouca bateria. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4
011	NOBREAK 800VA: bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V, tomada de alimentação (plugue NBR 14136), comprimento do cabo maior que 1,20m, número de tomadas de saída: 4 tomadas (plugue NBR 14136), filtro de linha, estabilizador 3 estágios, forma de onda senoidal aproximada, eficiência de 90% (carga total), tempo de resposta do inversor < 0,8ms, bateria chumbo-acido (ion-lítio), painel de controle com indicação do status do led para bateria ligada e alarme sonoro distinto para pouca bateria. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

012	NOBREAK 1500VA/865W: potência nominal, entrada 120V/saída 120V, interface de gerenciamento via porta USB, bateria selada chumbo-acido livre de manutenção, a prova de vazamento, tempo de autonomia com carga media de 12.4 minutos e com carga cheia de 3.7 minutos e baterias substituíveis pelo usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2
013	CARRO DE CURATIVOS: estrutura confeccionada em tubos de aço inoxidável com acabamento polido, tampo e prateleira confeccionados em chapa de aço inoxidável com bordas laterais dobradas, sem arestas e com acabamento escovado, com balde e bacia, gradil de proteção confeccionado em aço inoxidável com párachoque de material termoplástico, equipado com rodas giratórias de diâmetro 3" revestidas com material termoplástico, dimensões mínimas: comprimento 935mm, largura 510mm e altura 890mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3
014	SUPOORTE DE HAMPER: estrutura em tubo aço 15,87mm x 1,20mm, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, com três rodízios giratórios de 50mm e dimensões: A 0,85m x D 0,58m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
015	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2
016	CADEIRA DE RODAS ADULTO: fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, apoio para os braços e pés removíveis, rodas traseiras aro 24" com pneus maciços (ou infláveis) e dianteiras aro 06" com pneus maciços, freios bilaterais e aro impulsor bilateral, largura do assento: 40 cm, profundidade do assento: 43 cm, altura encosto: 40 cm, altura do assento ao chão: 50 cm, comprimento total da cadeira: 76 cm, largura total aberta: 65 cm, largura total fechada: 33 cm, altura do chão à manopla: 90 cm, capacidade máxima de peso: 85kg, altura do chão ao ap de braço: 67 cm, altura do assento ao ap de braço: 16 cm e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
017	CADEIRA DE RODAS ESPECÍFICA PARA PACIENTES OBESOS: confeccionada em tubos redondos de 1.1/4" x 2,50 mm em aço esmaltado, com rodízios de 8" sendo 2 com freios em diagonal, assento com espuma de alta densidade e coberto em courvin preto e encosto com chapa de compensado de 15 mm, dotada de suporte móvel para os pés, assento medindo 80 cm x 50 cm, altura assento-chão: 50 cm, capacidade de 250 a 300 kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

018	CARRO MACA LEITO: com cabeceira regulável, estrutura tubular e leito confeccionado totalmente em aço inoxidável, grades laterais confeccionado em aço inoxidável com acabamento polido, com colchão densidade D28, revestimento em courvin sintético, na cor azul escuro, com rodízios e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
019	CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA: em aço inox para obesos com as seguintes especificações: 01 leito e 02 carros, suporte de soro e 02 grades de abaixar fabricados em aço inox, párachoque pintado e revestido com PVC cinza, trilho com 08 roldanas de tecnil, rodas: 8" garfo zincado, colchonete: d- 33, sendo comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,07m, medidas/leito: comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,85m, capacidade de peso: 250 a 300kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4
020	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA: velocidade de impressão (preto normal A4) mínima de 50 ppm, qualidade de impressão preto (ótima) mínima de 600x600 ppp, tecnologia de impressão laser monocromática, ciclo de trabalho (mensal A4) mínimo de 300.000 páginas, volume mensal de página recomendado mínimo de 15000 a 50000, memória de padrão mínima de 128 MB, velocidade de processador mínimo de 533MHz, sistema operacionais compatíveis Microsoft Windows 2000, XPHome, XPProfessional, Windowsvista, Windows7, MacOS9 e MacOSX. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5
021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: impressora laser, monocromática, conexão USB, 110v, capacidade de saída do papel: 50 folhas, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico, velocidade máxima em preto (ppm): 21 ppm, resolução (máxima) em dpi: até 2400 x 600 dpi, capacidade da bandeja de papel: 150 folhas, emulação: GDI, tempo de impressão da primeira página: menos de 10 segundos, memória padrão: 1 MB, capacidade de entrada de papel: bandeja padrão p/ 50 folhas, capacidade de saída de papel: 50 folhas (viradas para baixo), tipo de papel: papel normal, fino e reciclado, tamanho de papel: A4, A5, carta e ofício - REFERÊNCIA: HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5
022	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS: com estrutura confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1.1/4" x 1,50 mm de diâmetro, encosto confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, assento confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 8" de diâmetro, sendo 2 com freios traseiros, dimensões úteis: 0,71 x 0,53 x 0,43 m assento (c x l x a), dimensões externas: 1,03 x 0,93 x 0,92 m total (c x l x a), capacidade de 250 a 300 kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

023	ARQUIVO DE AÇO: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com 02 chaves cada, gavetas deslizando sobre rodízios em corrediças do tipo progressivo, pintura epóxi por processo eletrostático após tratamento antiferruginoso por fosfatização e com secagem em estufa de alta temperatura, chapa de 22 USG no corpo e 18 USG na base, cor: cinza, características adicionais: com puxadores e porta etiqueta de controle de movimentação de processo. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
024	Ar condicionado Split 12.000 BTUS, frio. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	8
025	Ar condicionado Split 18.000 BTUS, frio. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2
026	ARMARIO DE AÇO PA 120 2 PORTAS: com 02 portas de abrir, 04 prateleiras reguláveis, com chaves, maçaneta, medidas 198 altura x1 200 largura x 400 profundidade e cor cinza. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
027	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: com vidros, medidas mínimas 1,65 x 0,65 x 0,4, fabricado em estrutura metálica com cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, fechada com chapa de aço esmaltada nos fundos, base e teto, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC, com vidro incolor de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e portas e com fechadura. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
028	SMART TV LED 42 FULL HD HDMI, USB, Wi-Fi E CONVERSOR DIGITAL., Conversor Digital. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2
029	BISTURI ELÉTRICO (a partir de 200 W): bisturi eletrônico micro controlado com saída isolada para uso em cirurgia geral de pequeno, médio e grande porte incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia, com pelo menos as seguintes características: compacto e de baixo peso, inferior a 8,5 kg, ventilação por convecção não forçada (sem ventilador) do circuito interno, modo de operação monopolar (corte e coagulação) e bipolar, modo monopolar, corte com potência de saída de até 300W para corte puro e pelo uma opção de blend, modo monopolar coagulação com potência de até 120 W e pelo menos 4 opções de operação: dissecação, fulguração com alto crest factor, fulguração com baixo crest factor e spray , ou opções equivalentes, modo bipolar com potência de saída de até 70 W e pelo menos 3 opções de operação: macrobipolar (tensão máxima de 750 Vpp+/-10%), padrão (tensão máxima 320 Vpp +/-10%) e precisa (tensão máxima 450 Vpp +/-10%) ou opções equivalentes, permitir selecionar o modo de operação (monopolar ou bipolar) através do pedal, modo monopolar acionado através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e através de caneta de comando manual, modo bipolar acionado através de pedal independente, duas saídas monopolares independentes que	UNID	2



EDITAL 034/2023

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

	<p>permitam operação simultânea de dois cirurgiões através de caneta de comando manual, sistema de resposta instantânea que compense a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e que garanta uma taxa de eficiência de potência superior a 90%, controle de ajuste de potência através de teclas ou controle rotativo (encoder), display digital que indique, para todos os modos de operação, a potência de saída em watts, sistema de monitoração de contato placa - paciente, com indicador visual, bloqueando o acionamento de RF e ativando o alarme áudio - visual em caso de descolamento total ou parcial da placa, o sistema de monitoração de placa deverá ser capaz de identificar automaticamente a adaptação de placa de retorno simples (uma face de contato) ou placa dividida/dupla (duas facas de contato), sistema de monitoração da integridade cabo - placa de retorno, bloqueando o acionamento de RF e ativando alarme audiovisual em caso de desconexão ou falha de continuidade do cabo da placa, painel do equipamento deve ser classificado como IPX - 4 (a prova de líquidos), operar em rede elétrica de 110 V, memória que armazene a última programação dos níveis de potência em caso de queda de energia e dispor de sistema de auto - diagnóstico em caso de falha, gerando códigos de erro no painele e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>		
030	<p>MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA: o sistema de funcionamento da mesa cirúrgica deve ser eletromecânico, sendo que seu acionamento elétrico deve ser efetuado através de controle remoto com fio e painel de controle localizado na coluna da mesa, base e coluna: construída em chapa de aço pintada e revestida, deve possuir painel de controle na coluna para acionamento elétrico dos movimentos, chassi: blindado oferecendo maior resistência à mesa, construído em chapa de aço inoxidável, tampo: construído em nylon rádio transparente montado sobre estrutura de aço inoxidável, permitindo a utilização do intensificador de raio X, dividido em 5 seções: cabeceira, dorso, assento, prolongador de pernas e seção de pernas, réguas laterais em aço inoxidável com corredeiras para colocação de acessórios, rodas: duas rodas fixas de 2 polegadas de diâmetro duas rodas retráteis de 3 polegadas utilizadas para imobilização da mesa no solo, acionadas por controle remoto com fio, estofados: confeccionado em poliuretano e encaixado nos seus respectivos tampos, movimentos: os movimentos de ajuste de altura, inclinação lateral, trendelemburg, reverso de trendelemburg, longitudinal e acionamento das rodas devem ser efetuados através de motores comandados eletricamente através de controle remoto com fio, painel de controle localizado na coluna e controle remoto sem fio, deve ser equipada com baterias que permite sua utilização sem energia elétrica, os movimentos de cabeça, dorso e pernas são efetuados manualmente por sistema pneumático acionados por alavancas, acessórios que devem acompanhar o produto: arco de Narcose, suporte de ombreiras (par), porta-coxas (par), conjunto de estofados, suporte para braço (par), fixador radial em inox (6 peças), controle remoto com Fio, dimensões: comprimento do leito: 2050 ± 10 mm, largura do leito: 495 ± 10 mm, largura máxima: 663 ± 10 mm, altura máxima: 1070 ± 10 mm, altura mínima: 815 ± 10 mm, movimento longitudinal: 190 ± 10 mm, ângulos: lateral direita: min.</p>	UNID	2

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	18º, lateral esquerda: min. 18º, trendelemburg: min. 18º, reverso do trendelemburg: min. 18º, dorso: +55º Min. ~ - 10º nominal, perna: +30º nominal ~ - 90º min., cabeça: +45º Min. ~ -40º nominal e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.		
031	COMPUTADOR COMPLETO: processador: 8 núcleos, clock mínimo de 3.6GHZ, arquitetura X86, 64BITS, 12MB de cache, placa principal: mínimo 01 conector de áudio, 04 SLOTS DDR4 expansível até 64GB, interface SATA3 com velocidade mínima de 6GB/S, interface com conector tipo PCIE NVME M.2 ou superior, suporte interno para discos SSD com interface M2 ou M-SATA, memória RAM: mínimo DDR4-3000MHZ, 16GB em 2 módulos idênticos operando em DUAL CHANNEL, expansível até 64GB, disco rígido - HD: SSD mínimo de 240GB tipo PCIE NVME M.2 2280 E HD tipo SATA-3 1000GB e rotação de 7200RPM, unidade mídia ótica: sem, interface comunicação: 10 portas USB, sendo no mínimo 05 portas USB 3.0, interface de rede rj45 padrão GIGABIT ETHERNET, velocidade 10/100/1000 MB/S com sinalização de atividade e velocidade, 1 interface WIRELESS (A/B/G/N), 1 conexão VGA, 1 conexão HDMI, interface vídeo: 6 GB de memória DDR6, suporte a 2 monitores em simultâneo, monitor: LED com tecnologia IPS, mínimo 23 polegadas, mínimo 02 conexões (01 HDMI E 01 VGA OU DP), resolução de 1920X1080, sistema operacional: MICROSOFT WINDOWS 10 professional 64BITS português ou superior, gabinete: padrão mini/micro SMALLFORMFACTOR, botão de liga/desliga, mouse: 02 botões, 01 SCROLL, resolução 1000DPI, conectividade USB, teclado: conectividade USB, ABNT2 104 teclas e acessórios: MICROSOFT OFFICE 2019 64BITS português ou superior. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
032	SERRA DE GESSO: serra elétrica para gesso e autópsia, potência e oscilação necessária para corte rápido e preciso sem risco de causar lesão ao paciente, equipamento confeccionado em alumínio fundido e aço inoxidável com acabamento em pintura a pó epóxi eletrostática, apresentada em duas versões de motores: um a 110 Volts e outro a 220 Volts e ambos com consumo de 240 watts a 50/60 hertz, acessórios: 01 disco de serra 64mm de aço inox, 01 disco de serra 50mm de aço inox e 01 chave de 13mm combinada e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2
033	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA: cor: preto, encosto em resina plástica, material assento: poliéster, apoio lombar, assento estofado, densidade: 45 a 55 kgf/m ³ , apoio de braço regulável em altura, ajuste de altura, encosto inclinável - ergonômica: atender NR17, peso mínimo suportado: 110kg, dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

034	MESA DE MAYO: estrutura em tubos esmaltados ou inóx de 25,40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo maciço cromado, bandeja em aço inóx, medidas largura: 32 cm, comprimento: 48 cm e altura: 80 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
035	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: material: aço inoxidável, acabamento: aço inoxidável em toda volta, cor: n/a, 2 degraus, superfície do degrau com borracha antiderrapante e cinta de aço inoxidável, largura: 22 cm, carga trabalho: 150 kg e acessórios: pés com ponteira de borracha. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	100
036	REFRIGERADOR DOMÉSTICO: capacidade total líquida mínima de 299 litros, na cor branca, uma porta, prateleiras internas, congelador, lampada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, tensão 127 volts e certificado com selo PROCEL INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2
037	BANQUETA GIRATÓRIA AJUSTÁVEL MOCHO: sem encosto, com regulagem de altura, base giratória e banco estofado em couro sintético, peso real suportado (kg): 110kg, com estrutura giratória, assento em couro ecológico, espessura assento (cm): 8,5cm, diâmetro assento (cm): 36cm, densidade espuma: D45 e estrutura - regulagem de altura a gás. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
038	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAIS: semi circular, em aço inox, com rodízios, 2" polegadas com freios em diagonal. altura total: 800mm e largura total: 410mm e comprimento total: 1.200mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5
039	MESA PARA REFEIÇÕES: tampo de madeira revestido de formica, pés em tubos de aço esmaltado, com 2 rodízios de 2", de forma que a mesa sobreponha-se sobre o leito, regulagem de altura através de roseta, dimensões do tampo: 0,40 x 0,70m e alt. máx. 1.03m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	80
040	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA: equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia, cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação, trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes, porta de acesso rebatível, mínimo de 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara, pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, passatubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente, suporte com rodízios mínimo 4 polegadas e freios, leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente,	UNID	2

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	ajustes do leito nas posições mínimas de trendelenburg e próclive, sem abrir a cúpula, possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente, capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis, não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção, painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados, servocontrole de temperatura do ar ATC (temperatura do ar controlada) e de pele ITC (temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar, indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia, sistema de circulação de ar dentro da cúpula, alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: alta temperatura ar/pele, baixa temperatura ar/pele, alta de circulação do ar, hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor a pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura, sistema de segurança, tecla para silenciar alarmes momentaneamente, gabinete (1 ou 2 gavetas), suporte de soro, duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg, todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.		
041	MESA PARA CONSULTÓRIO: especificações: altura: 75cm, largura: 120cm, profundidade: 60cm, pés: metalon 50x30, tampo: MDP, acabamento: fita de borda, gaveteiro: 2 gavetas em MDP e com duas chaves. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12
042	MESA GINECOLÓGICA: construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade D28 e napa, 2 portas, 3 gavetas e 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço inox, suportar até 200kg, dimensões externas aproximadas: 1,20 m x 0,60 m x 0,80 m (CxLxA) e dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3
043	LONGARINA 5 LUGARES: estrutura tubular, material assento e encosto: couro na cor preta, pés oblongos cromados com sapatas niveladoras, assento com espuma injetada anatômica, alta densidade, encosto modelo diretor, apoio para braços cromados com apoio, densidade: 45 a 55 kgf/m ³ , dimensões mínimas aproximadas (P = Profundidade, L = Largura, A = Altura e E = Espessura estofado): encosto: A = 450mm L = 422mm, assento: L = 470mm P = 435mm E = 70mm e largura total: 2,10m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	20

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

044	SUPORE DE SORO COM RODÍZIO: suporte para soro altura regulável em aço inox, estrutura em tubo redondo de 1"x1,25 mm e haste em aço inox. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	20
045	LAVADORA ULTRASSÔNICA: capacidade acima de 15 litros, lavadora ultrassônica utilizada para auxiliar na limpeza de materiais, sistema de limpeza por ultra-som com aquecimento, chave liga/desliga, ciclo de trabalho automático, temporizador eletrônico microprocessado, timer decrescente com ajuste até (60) sessenta minutos com painel digital e sinal sonoro ao término do ciclo, aquecimento com temperatura de 40 a 60°C (modelos 20CA, 20IA), termostato, para controle da temperatura com indicadores visuais, painel confeccionado em membrana de policarbonato, possuir todos os comandos de operação da lavadora, dreno e registro para facilitar a limpeza e drenagem do líquido do tanque, tanque em aço inoxidável, cesto com furações para maximizar o rendimento do ultrassom e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	1
046	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: confeccionado em aço inoxidável, com apoio para o braço e pedestal com regulagem de altura. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10
047	SELADORA DE BANCADA COM TEMPORIZADOR: equipamento bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com LED's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana, resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, potência: 80 Watts voltagem, área de selagem (comprimento): 30 cm, espessura de selagem: 12 mm e dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3

*** As marcas e modelos constantes da descrição dos itens são meramente referenciais a fim de indicar o parâmetro de qualidade, podendo ser cotado outros produtos equivalentes, similares ou de melhor qualidade.**

O objeto compreende o fornecimento de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos e mobiliários, incluindo cabos, conectores e demais dispositivos, em conformidade com as especificações técnicas, sem ônus para o Contratante.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

O objeto envolve a instalação dos equipamentos e mobiliários, quando necessário para o perfeito funcionamento, sem ônus para o Contratante.

A instalação dos equipamentos e mobiliários contempla a montagem, conferência das peças/acessórios, ajustes e realização de testes a fim de verificar o perfeito funcionamento e utilização para a finalidade prevista, sem ônus para o Contratante.

Os equipamentos deverão sujeitar ao processo de qualificação de instalação (QI) e qualificação de operação (QO) com a emissão de laudo técnico, quando exigíveis, sem ônus para o Contratante.

2. DA JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A unidade assistida será o **HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA.**

O **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** tem a finalidade de modernizar os serviços prestados pela **HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA**, bem como ampliar e otimizar os atendimentos promovidos pela respectiva unidade de saúde.

3. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

O prazo para a retirada da **nota de empenho** e/ou **assinar o termo de contrato (ANEXO III)** é de **2 (dois) dias**, após a convocação realizada pelo **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.**

O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o **art. 62 da Lei Federal nº8.666/1993.**



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

O prazo de **vigência** contratual é de **3 (três) meses, contados a partir da assinatura do contrato**, sem interrupção e prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na **Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores, especialmente os motivos elencados no **§1º do art. 57** do referido **diploma legal**.

O prazo para o fornecimento do **objeto, envolvendo a instalação dos equipamentos, quando exigível**, é de **1 (um) mês, contados a partir do envio da nota de empenho ao e-mail** indicado pela empresa na proposta de preços e/ou cadastrado no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**, ou através de publicação no sítio **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br** (Portal da Transparência) ou através de publicação no **Jornal "Opção do Noroeste"** ou no **"Diário Oficial da União"**, sem interrupção e prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na **Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores, especialmente os motivos elencados no **§1º do art. 57** do referido **diploma legal**.

O fornecimento do **objeto envolvendo a instalação dos equipamentos, quando exigível**, deverá ser realizado de **segunda-feira a sexta-feira, salvo feriados e pontos facultativos**, nos locais e endereços abaixo indicados, compreendendo o horário das **9h (nove horas) às 15h (quinze horas)**, sendo obrigatória observar as quantidades empenhadas/contratadas.

HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA, localizada na **Avenida João Jasbick, s/nº, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

4. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO

Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do **VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**, desclassificando-se as propostas com preços que excedam esse limite estabelecido ou sejam inexequíveis, assim considerado, aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da licitação, conforme dispõe o **art. 48, II da Lei Federal nº8.666/1993**.

Serão desclassificados os **itens** com preços, **que após a finalização da rodada de lances**, estiverem superiores ao valor unitário estimado ou sejam inexequíveis.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento é o de **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, sendo a adjudicação realizada por **item**, não se admitindo proposta com preços irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos, conforme dispõe o **§3º do art. 44 da Lei Federal nº8.666/1993**.

6. DA HABILITAÇÃO

Para habilitação na licitação, o licitante deverá apresentar **em seu nome** os documentos e as certidões abaixo:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 1.** Registro no **REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS**, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;
- 2.** Registro no **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS**, em se tratando de sociedade simples;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;

3.1. Caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração;

4. No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na **JUNTA COMERCIAL** pertinente ou publicação prevista na **Lei Federal nº 6.404/1976** e suas alterações;

5. Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

6. Certificado da **CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – CCMEI**, disponível em <http://www.portaldoempreendedor.com.br>, no caso de microempreendedor individual – MEI.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

1. Prova de inscrição no **CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ)**;

2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado**;

3. Prova de regularidade para com a **FAZENDA FEDERAL** e **UNIÃO**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em vigor, expedida pela Secretaria da Receita Federal (Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), ou outra certidão equivalente, na forma da lei;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

4. Prova de regularidade para com a **FAZENDA ESTADUAL**, mediante apresentação da Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS), em vigor, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal da sede do licitante, ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

4.1. Conforme exigência da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SER nº033, de 24 de novembro de 2004, a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA E A CERTIDÃO NEGATIVA DE ICMS OU A CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO somente terá validade quando apresentadas em conjunto.”

5. Prova de regularidade para com a **FAZENDA MUNICIPAL**, mediante apresentação da Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), em vigor, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda da sede do licitante, ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

6. Prova de regularidade relativa à **PREVIDÊNCIA SOCIAL**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em vigor, expedida pela Secretaria da Receita Federal (Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

7. Prova de regularidade relativa ao **FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO)**, em vigor, expedida pela Caixa Econômica Federal, ou outra certidão equivalente, na forma da lei;

8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **JUSTIÇA DO TRABALHO**, mediante a apresentação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou outra certidão equivalente, na forma da lei.



EDITAL **034/2023**

PREGÃO **ELETRÔNICO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

REGULARIDADE SOCIAL:

1. Declaração informando o cumprimento do disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (exigida para os itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 015, 016, 017, 018 ,019, 022, 029, 030, 032, 040, 042 e 045):

1. Licença/autorização de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Distrital, Estadual ou Municipal válida pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

2. Autorização de Funcionamento - AFE emitida pela ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei Federal nº6.437 / 1977).

7. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, mediante adimplemento de cada parcela da obrigação, através de ordem bancária creditada em conta corrente indicada, por intermédio da apresentação da **nota fiscal/fatura** emitida pela Contratada em correspondência ao objeto executado. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública.

Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, serão devidos pelo Contratante **0,033%, por dia**, sobre o valor da parcela devida, a título de **compensação financeira**.

Por eventuais atrasos injustificados, serão devidos à Contratada, **juros moratórios de 0,01667% ao dia**, alcançando ao ano **6% (seis por cento)**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

Entende-se por atraso o prazo que exceder **30 (trinta) dias** da apresentação da fatura.

Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, o Contratante fará jus a um desconto de **0,033% por dia**, a título de **compensação financeira**.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores mantido pela Administração Pública Municipal, pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais, conforme dispõe o **art. 7º da Lei Federal nº10.520/2002**, inobstante **as responsabilidades civil e criminal**, inclusive por **perdas e danos** causados ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, quando injustificadamente:

1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, causar atraso ou recusar-se a assinar o contrato ou rejeitar a nota de empenho ou outro documento equivalente e, ainda, declinar de receber o documento autorizativo do início da execução contratual:

1.1. Sanção: de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

2. Deixar de entregar documentação complementar exigida para o certame licitatório e/ou para a adjudicação/homologação e/ou para receber a nota de empenho e/ou outro documento equivalente:

2.1. Sanção: de 6 (seis) a 12 (doze) meses;



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

3. Fazer declaração ou apresentar documentação falsa, inclusive quanto à **declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de enquadramento de **microempreendedor individual – MEI, microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP** informando que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006:**

3.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

4. Credenciar no certame licitatório estando inserida em uma das causas de impedimento previsto no edital:

4.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

5. Ensejar o retardamento da execução do certame licitatório, inclusive quanto à recusa da entrega de amostra no prazo estabelecido no edital e através de qualquer ação ou omissão que prejudique seu bom andamento:

5.1. Sanção: de 3 (três) a 6 (seis) meses;

6. Não manter a proposta, bem como deixar de apresentar a proposta readequada ou detalhada, quando exigível, ou ainda, apresentar pedido de desconsideração da proposta inicial ou do lance final ofertado, desde que não fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento:

6.1. Sanção: de 3 (três) a 6 (seis) meses;

7. Falhar ou fraudar na execução do contrato:

7.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

8. Comportar-se de modo inidôneo, inclusive o comparecimento de interessado para fins de participação no certame licitatório, **sem** a observância dos impedimentos e vedações previstos em lei e no edital, uso ilícito do direito de preferência assegurado aos **microempreendedores individual – MEIs, microempresas – MEs** e às **empresas de pequeno porte - EPPs** para oferta de lances em licitações (**art. 46 da Lei 8.443/1992. Acórdão nº16768/2021 - TCU - Plenário**) e os atos descritos nos **arts. 92, § único, 96 e 97, § único da Lei Federal nº8.666/1993:**

8.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

9. Comportar-se de modo inadequado, praticando atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame licitatório, tais como frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir, deliberadamente, o julgamento da Administração a erro e procrastinar intencionalmente o curso do julgamento:

9.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

10. Cometer fraude fiscal:

10.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses.

As sanções estabelecidas no edital serão aplicadas dentro dos limites fixados para cada conduta, de acordo com a culpabilidade, o dolo apurado, os antecedentes do agente, os motivos e as circunstâncias da infração e os prejuízos causados ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**.

A Contratada, na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, ressalvados os casos fortuitos e de força maior devidamente comprovado, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

- 2.** Multa administrativa, que não excederá, em seu total, **20% (vinte por cento)** do valor da parcela inadimplida, nas hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza;
- 3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, por prazo não superior a **2 (dois) anos**;
- 4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

A **advertência** será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo ao interesse da **execução do objeto**.

A penalidade de suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a **2 (dois) anos** poderá ser aplicado à Contratada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos:

- 1.** Reincidência em descumprimento do prazo contratual;
- 2.** Descumprimento parcial total ou parcial de obrigação contratual;
- 3.** Rescisão do contrato;
- 4.** Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 5.** Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
- 6.** Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, sendo assegurada à Contratada a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da notificação administrativa.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

Ocorrendo atraso injustificado na **execução do objeto**, por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de **1% (um por cento), por dia útil**, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se em mora independente de notificação ou interpelação.

A recusa injustificada do licitante vencedor em **retirar a nota de empenho e/ou outro documento equivalente e/ou assinar o contrato**, no prazo estipulado, importa inexecução total da obrigação, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação das penalidades prevista, inclusive multa, que não excederá, em seu total, **20% (vinte por cento)** do valor da parcela inadimplida, facultando o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** a convocar o licitante remanescente, na forma do **art. 4º, XXIII e XVI da Lei Federal nº10.520/2002**.

Os danos e perdas decorrentes de culpa ou dolo da Contratada serão ressarcidos ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** no prazo máximo de **3 (três) dias**, contados de notificação administrativa, sob pena de multa de **0,5% (meio por cento)** sobre o **valor do contrato, por dia de atraso**.

As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada pelos danos causados ao Contratante e, ainda, não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas em lei e que o contrato seja rescindido unilateralmente.

A multa aplicada deverá ser recolhida dentro do prazo de **3 (três) dias** a contar da correspondente notificação e poderá ser descontada de eventuais créditos que a Contratada tenha junto ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, sem embargo de ser cobrada judicialmente.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

9. DO LOCAL E HORÁRIO PARA ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO

Informações, esclarecimentos e fornecimento de elementos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento das obrigações do objeto serão prestadas no **SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, localizado na **Avenida João Jasbick, s/nº, 2º andar, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ - AUDITÓRIO DO HOSPITAL HELIO MONTEZANO DE OLIVEIRA**, no horário de **8h (oito horas) às 16h (dezesesseis horas)** ou pelo *e-mail* **licitacaosaudepadua@gmail.com** ou pelos telefones **(22) 3853.1192** e **(22) 3851.0913**.

O edital estará à disposição dos interessados em participar do certame licitatório, podendo ser retirado junto ao **SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, localizado na **Avenida João Jasbick, s/nº, 2º andar, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ - AUDITÓRIO DO HOSPITAL HELIO MONTEZANO DE OLIVEIRA** ou no sítio **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br** (Portal da Transparência).

10. DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações da Contratada:

- 1.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo máximo de **10 (dez) dias**, conforme determina o **art. 69** da **Lei Federal nº8.666/1993**;
- 2.** Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe forem exigidas;
- 3.** Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no **fornecimento do objeto**, conforme **art. 65, §1º** da **Lei Federal nº8.666/1993**;
- 4.** Trocar, às suas expensas, o **objeto** que vier a ser recusado, certo que o recebimento provisório não importa sua aceitação definitiva, no prazo máximo de **10 (dez) dias**;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

- 5.** Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo Contratante por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício, bem como por qualquer tipo de autuação ou ação que venha sofrer em decorrência da execução do contrato que incorra em dano ou indenização, assegurando ao Contratante o exercício do direito de regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- 6.** Observar os regulamentos, leis, posturas e as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os dispositivos legais vigentes e as Normas Técnicas de Saúde e Segurança do Trabalho;
- 7.** Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências de locais do Contratante.
- 8.** Fornecer e providenciar a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI's), de acordo com a Lei de Segurança e Medicina do Trabalho (**Lei Federal nº6.514, de 22 de dezembro de 1977**) e **Norma Regulamentadora nº06** aprovada pela **Portaria GM nº3.214 do Ministério do Trabalho, de 8 de junho de 1978;**
- 9.** Prestar esclarecimentos e informações solicitados pelo Contratante;
- 10.** Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo;
- 11.** Responder exclusivamente e integralmente, perante o Contratante, pela execução do contrato, incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas;
- 12.** Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não estiverem de acordo com as especificações;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

13. Executar o objeto de acordo com todas as cláusulas estipulados no termo de referência;

14. Indenizar em qualquer caso todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto, respondendo por si e por seus sucessores;

15. Entregar os produtos em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violações, aderência ou umidade;

16. Entregar os produtos acompanhados de todos os certificados de garantia, manuais técnicos, rótulos e informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, composição e origem, entre outros dados (número de lote e data da fabricação), bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, de acordo com a legislação sanitária e nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº8.078, de 11/09/1990);

17. Arcar com todas as despesas inerentes ao processo de logística para entrega dos produtos;

18. Prestar assistência técnica durante o período da garantia definida na descrição do item, contados a partir da data do fornecimento e/ou instalação dos equipamentos, sem ônus para o Contratante;

19. Assegurar a garantia dos equipamentos pelo prazo mínimo definido na descrição do item, contados a partir da data do fornecimento e/ou instalação dos equipamentos sem ônus para o Contratante;



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

20. Realizar o treinamento gratuitamente de servidores no local onde serão instalados os equipamentos, mediante prévia data a ser definida pelo Contratante, a fim de realizar as instruções e ações preventivas de manuseio;

21. Fornecer, montar e instalar os equipamentos, quando exigíveis, no prazo definido no contrato, sem ônus para o Contratante;

22. Obedecer e observar rigorosamente a legislação sanitária vigente;

23. Realizar o processo de qualificação de instalação (QI) e qualificação de operação (QO), com a emissão de laudo técnico, dos equipamentos, quando exigíveis, sem ônus para o Contratante.

11. SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O contrato poderá ser alterado, mediante assinatura de termo aditivo, nas hipóteses enumeradas na **Lei Federal nº8.666/1993**, desde que, devidamente justificado por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser feita mediante a revisão do preço contratado nas hipóteses do **art. 65 da Lei Federal nº8.666/1993**, devidamente comprovadas.

O valor do contrato poderá ser reajustado, decorrido **12 (doze) meses** da data de apresentação da proposta, a requerimento da Contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento, aplicando-se o índice **IPCA**.

Os dispositivos médicos, conforme RDC – RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 751, de 15 de setembro de 2022 da ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, deverão apresentar, conforme o caso:



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

1. Registro na ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE;

2. Notificação na ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, quando dispensado de registro.

3. Os dispositivos médicos dispensados de registro e/ou notificação, conforme dispõe a RDC – RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 751, de 15 de setembro de 2022, deverão estar em conformidade com a relação exemplificativa DA GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE (GGTPS) e disponibilizada no portal da ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE (www.anvisa.gov.br).



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

MINUTA DO CONTRATO

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO PARA O **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA**, QUE ENTRE SI FAZEM O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, ATRAVÉS DO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** E **XXXXXXXXXX**, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº**04.249.257/0001-32**, com sede na **Avenida João Jasbick, nº520, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **RAFAEL LYONS**, inscrito no CPF sob o nº**029.487.977-30**, de ora em diante denominado **CONTRATANTE e**

de ora em diante denominada **CONTRATADA**, pactuam o presente termo, mediante as cláusulas e condições, que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas de legislação aplicável à espécie, especialmente a **Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993** e alterações posteriores introduzidas no referido **diploma legal**, que os contratantes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, à suas estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento:

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)

1.1. O objeto do presente contrato é o **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA**, conforme abaixo:



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA/Nº DO REGISTRO NA ANVISA	VALOR UNITARIO
------	---------------	------	-------	--------------------------------	----------------

1.2. O objeto compreende o fornecimento de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos e mobiliários, incluindo cabos, conectores e demais dispositivos, em conformidade com as especificações técnicas, sem ônus para o Contratante.

1.3. O objeto envolve a instalação dos equipamentos e mobiliários, quando necessário para o perfeito funcionamento, sem ônus para o Contratante.

1.3.1. A instalação dos equipamentos e mobiliários contempla a montagem, conferência das peças/acessórios, ajustes e realização de testes a fim de verificar o perfeito funcionamento e utilização para a finalidade prevista, sem ônus para o Contratante.

1.3.2. Os equipamentos deverão sujeitar ao processo de qualificação de instalação (QI) e qualificação de operação (QO) com a emissão de laudo técnico, quando exigíveis, sem ônus para o Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA (DA FORMA DE FORNECIMENTO)

2.1. O fornecimento do objeto envolvendo a instalação dos equipamentos, quando exigível, deverá ser realizado de segunda-feira a sexta-feira, salvo feriados e pontos facultativos, nos locais e endereços abaixo indicados, compreendendo o horário das 9h (nove horas) às 15h (quinze horas), sendo obrigatória observar as quantidades empenhadas/contratadas.

2.1.1. HOSPITAL HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA, localizada na Avenida João Jasbick, s/nº, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO)

3.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ XXXXX**, conforme proposta apresentada pela Contratada, correspondendo ao objeto definido na **cláusula primeira** e para totalidade do período na **cláusula quarta**, incluídas todas as despesas incidentes, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, tributos, encargos sociais, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil, e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto deste contrato e seus anexos.

3.2. O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, mediante adimplemento de cada parcela da obrigação, através de ordem bancária creditada em conta corrente indicada, por intermédio da apresentação da **nota fiscal/fatura** emitida pela Contratada em correspondência ao objeto executado. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública.

3.3. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, serão devidos pelo Contratante **0,033%, por dia**, sobre o valor da parcela devida, a título de **compensação financeira**.

3.4. Por eventuais atrasos injustificados, serão devidos à Contratada, **juros moratórios** de **0,01667% ao dia**, alcançando ao ano **6% (seis por cento)**.

3.5. Entende-se por atraso o prazo que exceder **30 (trinta) dias** da apresentação da fatura.

3.6. Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, o Contratante fará jus a um desconto de **0,033% por dia**, a título de **compensação financeira**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

CLÁUSULA QUARTA (DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO)

4.1. O prazo para a retirada da **nota de empenho** é de **2 (dois) dias**, após a convocação realizada pelo **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**.

4.1.1. A convocação da adjudicatária para retirar a **nota de empenho** será realizada através do *e-mail* indicado pela empresa na proposta de preços **e/ou cadastrado** no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF** ou através de publicação no sítio **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br (Portal da Transparência)** ou através de publicação no Jornal "Opção do Noroeste" ou no "Diário Oficial da União".

4.2. O prazo de **vigência** contratual é de **3 (três) meses, contados a partir da assinatura do contrato**, sem interrupção e prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na **Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores, especialmente os motivos elencados no **§1º do art. 57** do referido **diploma legal**.

4.3. O prazo para o fornecimento do **objeto, envolvendo a instalação dos equipamentos, quando exigível**, é de **1 (um) mês, contados a partir do envio da nota de empenho ao e-mail** indicado pela empresa na proposta de preços **e/ou cadastrado** no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF**, ou através de publicação no sítio **www.santoantoniodepadua.rj.gov.br (Portal da Transparência)** ou através de publicação no Jornal "Opção do Noroeste" ou no "Diário Oficial da União", sem interrupção e prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na **Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores, especialmente os motivos elencados no **§1º do art. 57** do referido **diploma legal**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

4.4. Executado o contrato, o seu **objeto** será recebido:

4.4.1. Provisoriamente nos termos do **art. 73, II, a** da **Lei Federal nº8.666/1993**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

4.4.2. Definitivamente nos termos do **art. 73, II, b** da **Lei Federal nº8.666/1993**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

4.5. O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com o contrato, conforme o **art. 76** da **Lei Federal nº8.666/1993**.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do **objeto**, nem ética profissional pela perfeita execução contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA QUINTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS)

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Programa de Trabalho e Elemento da Despesa do Orçamento da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, abaixo especificada:

Programático: 103020011.2.1650000

Natureza da despesa: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamentos e material permanente

Fonte de recursos: 621 (TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL – DESDOBRAMENTO FONTE RECURSOS 51 PHAI)

CLÁUSULA SEXTA (DAS OBRIGAÇÕES)

6.1. São obrigações da Contratada:



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

6.1.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo máximo de **10 (dez) dias**, conforme determina o **art. 69** da **Lei Federal nº8.666/1993**;

6.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe forem exigidas;

6.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no **fornecimento do objeto**, conforme **art. 65, §1º** da **Lei Federal nº8.666/1993**;

6.1.4. Trocar, às suas expensas, o **objeto** que vier a ser recusado, certo que o recebimento provisório não importa sua aceitação definitiva, no prazo máximo de **10 (dez) dias**;

6.1.5. Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo Contratante por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício, bem como por qualquer tipo de autuação ou ação que venha sofrer em decorrência da execução do contrato que incorra em dano ou indenização, assegurando ao Contratante o exercício do direito de regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

6.1.6. Observar os regulamentos, leis, posturas e as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os dispositivos legais vigentes e as Normas Técnicas de Saúde e Segurança do Trabalho;

6.1.7. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências de locais do Contratante.



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

6.1.8. Fornecer e providenciar a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI's), de acordo com a Lei de Segurança e Medicina do Trabalho **(Lei Federal nº6.514, de 22 de dezembro de 1977)** e **Norma Regulamentadora nº06** aprovada pela **Portaria GM nº3.214 do Ministério do Trabalho, de 8 de junho de 1978;**

6.1.9. Prestar esclarecimentos e informações solicitados pelo Contratante;

6.1.10. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo;

6.1.11. Responder exclusivamente e integralmente, perante o Contratante, pela execução do contrato, incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas;

6.1.12. Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não estiverem de acordo com as especificações;

6.1.13. Executar o objeto de acordo com todas as cláusulas estipulados no termo de referência;

6.1.14. Indenizar em qualquer caso todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto, respondendo por si e por seus sucessores;

6.1.15. Entregar os produtos em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violações, aderência ou umidade;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

6.1.16. Entregar os produtos acompanhados de todos os certificados de garantia, manuais técnicos, rótulos e informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, composição e origem, entre outros dados (número de lote e data da fabricação), bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, de acordo com a legislação sanitária e nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº8.078, de 11/09/1990);

6.1.17. Arcar com todas as despesas inerentes ao processo de logística para entrega dos produtos;

6.1.18. Prestar assistência técnica durante o período da garantia definida na descrição do item, contados a partir da data do fornecimento e/ou instalação dos equipamentos, sem ônus para o Contratante;

6.1.19. Assegurar a garantia dos equipamentos pelo prazo mínimo definido na descrição do item, contados a partir da data do fornecimento e/ou instalação dos equipamentos sem ônus para o Contratante;

6.1.20. Realizar o treinamento gratuitamente de servidores no local onde serão instalados os equipamentos, mediante prévia data a ser definida pelo Contratante, a fim de realizar as instruções e ações preventivas de manuseio;

6.1.21. Fornecer, montar e instalar os equipamentos, quando exigíveis, no prazo definido no contrato, sem ônus para o Contratante;

6.1.22. Obedecer e observar rigorosamente a legislação sanitária vigente;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

6.1.23. Realizar o processo de qualificação de instalação (QI) e qualificação de operação (QO), com a emissão de laudo técnico, dos equipamentos, quando exigíveis, sem ônus para o Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA (DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO)

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da **Lei Federal nº8.666/1993** e alterações posteriores, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de suas atividades.

7.3. A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à integridade e à correção da execução do objeto a que se obrigou, suas consequências e implicações perante terceiros, próximas ou remotas.

7.4. A execução do contrato será acompanhada por um representante do Contratante especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O servidor designado pelo Contratante irá exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução das obrigações e do desempenho da Contratada, sem prejuízo desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5. A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante para representá-lo na execução do contrato.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

CLÁUSULA OITAVA (DA RESCISÃO)

8.1. Constituem motivos para rescisão do contrato, por ato unilateral do Contratante, os motivos elencados no **art. 78, I a XII e XVII da Lei Federal nº8.666/1993**, mediante decisão fundamentada, assegurados o contraditório, a defesa prévia e ampla defesa, acarretando a Contratada, no que couber, as consequências previstas no **art. 80 da Lei Federal nº8.666/1993**, sem prejuízo das sanções estipuladas em lei e neste termo, conforme abaixo:

8.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos pela Contratada;

8.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela Contratada;

8.1.3. A lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade da **conclusão da execução do objeto**, nos prazos estipulados pela Contratada;

8.1.4. O atraso injustificado no início da **execução do objeto** pela Contratada;

8.1.5. A paralisação da **execução do objeto** pela Contratada, sem justa e prévia comunicação ao Contratante;

8.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

8.1.7. O desatendimento pela Contratada das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

8.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução pela Contratada;

8.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada;

8.1.10. A dissolução da sociedade da Contratada;

8.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura pela Contratada, que prejudique a execução do contrato;

8.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

8.1.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

8.2. A rescisão do contrato ainda poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o Contratante ou judicial, nos termos da legislação.

8.3. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais aqui estipulas e as previstas em lei ou regulamento, especialmente na **Lei Federal nº8.666/1993**, conforme dispõe o **art. 77** do mesmo **diploma legal**.

8.4. A rescisão do contrato dar-se-á ainda, nas hipóteses previstas nos **incisos XIII a XVI** e **XVIII** do **art. 78** da **Lei Federal nº8.666/1993**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

CLÁUSULA NONA (DAS SANÇÕES)

9.1. A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores mantido pela Administração Pública Municipal, pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais, conforme dispõe o **art. 7º da Lei Federal nº10.520/2002**, inobstante **as responsabilidades civil e criminal**, inclusive por **perdas e danos** causados ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, quando injustificadamente:

9.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, **causar atraso ou rejeitar a nota de empenho ou outro documento equivalente e, ainda, declinar de receber o documento autorizativo do início da execução contratual:**

9.1.1.1. Sanção: de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

9.1.2. Deixar de entregar documentação complementar exigida para o certame licitatório e/ou para receber a nota de empenho e/ou outro documento equivalente:

9.1.2.1. Sanção: de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

9.1.3. Fazer declaração ou apresentar documentação falsa, inclusive quanto à **declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e de enquadramento de **microempreendedor individual – MEI, microempresa – ME** ou **empresa de pequeno porte – EPP** informando que ostentam essa **condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006:**

9.1.3.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

9.1.4. Credenciar no certame licitatório estando inserida em uma das causas de impedimento previsto na cláusula 5.4. do edital:

9.1.4.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

9.1.5. Ensejar o retardamento da execução do certame licitatório, inclusive quanto à recusa da entrega de amostra no prazo estabelecido no edital e através de qualquer ação ou omissão que prejudique seu bom andamento:

9.1.5.1. Sanção: de 3 (três) a 6 (seis) meses;

9.1.6. Não mantiver a proposta, bem como deixar de apresentar a proposta readequada ou detalhada, quando exigível, ou ainda, apresentar pedido de desconsideração da proposta inicial ou do lance final ofertado, desde que não fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento:

9.1.6.1. Sanção: de 3 (três) a 6 (seis) meses;

9.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato:

9.1.7.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

9.1.8. Comportar-se de modo inidôneo, inclusive o comparecimento de interessado para fins de participação no certame licitatório, **sem** a observância dos impedimentos e vedações previstos em lei e no edital, uso ilícito do direito de preferência assegurado aos **microempreendedores individual – MEIs, microempresas – MEs** e às **empresas de pequeno porte - EPPs** para oferta de lances em licitações (**art. 46 da Lei 8.443/1992. Acórdão nº16768/2021 - TCU - Plenário**) e os atos descritos nos **arts. 92, § único, 96 e 97, § único da Lei Federal nº8.666/1993:**

9.1.8.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

9.1.9. Comportar-se de modo inadequado, praticando atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame licitatório, tais como frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir, deliberadamente, o julgamento da Administração a erro e procrastinar intencionalmente o curso do julgamento:

9.1.9.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;

9.1.10. Cometer fraude fiscal:

9.1.10.1. Sanção: de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses.

9.2. As sanções estabelecidas na **cláusula 9.1.** serão aplicadas dentro dos limites fixados para cada conduta, de acordo com a culpabilidade, o dolo apurado, os antecedentes do agente, os motivos e as circunstâncias da infração e os prejuízos causados ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**.

9.3. A Contratada, na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, ressalvados os casos fortuitos e de força maior devidamente comprovado, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

9.3.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo;

9.3.2. Multa administrativa, que não excederá, em seu total, **20% (vinte por cento)** do valor da parcela inadimplida, nas hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza;

9.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, por prazo não superior a **2 (dois) anos**;



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

9.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

9.4. A **advertência** será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo ao interesse do **fornecimento do objeto**.

9.5. A penalidade de suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a **2 (dois) anos** poderá ser aplicado à Contratada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos:

9.5.1. Reincidência em descumprimento do prazo contratual;

9.5.2. Descumprimento parcial total ou parcial de obrigação contratual;

9.5.3. Rescisão do contrato;

9.5.4. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.5.5. Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

9.5.6. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, sendo assegurada à Contratada a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da notificação administrativa.

9.7. Ocorrendo atraso injustificado no **fornecimento do objeto**, por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de **1% (um por cento), por dia útil**, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se em mora independente de notificação ou interpelação.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

9.8. A recusa injustificada do licitante vencedor em **retirar a nota de empenho e/ou outro documento equivalente**, no prazo estipulado, importa inexecução total da obrigação, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação das penalidades prevista, inclusive multa, que não excederá, em seu total, **20% (vinte por cento)** do valor da parcela inadimplida, facultando o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** a convocar o licitante remanescente, na forma do **art. 4º, XXIII e XVI da Lei Federal nº10.520/2002**.

9.9. Os danos e perdas decorrentes de culpa ou dolo da Contratada serão ressarcidos ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** no prazo máximo de **3 (três) dias**, contados de notificação administrativa, sob pena de multa de **0,5% (meio por cento)** sobre o **valor do contrato, por dia de atraso**.

9.10. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada pelos danos causados ao Contratante e, ainda, não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas em lei e que o contrato seja rescindido unilateralmente.

9.11. A multa aplicada deverá ser recolhida dentro do prazo de **3 (três) dias** a contar da correspondente notificação e poderá ser descontada de eventuais créditos que a Contratada tenha junto ao **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA** do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, sem embargo de ser cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA (DO RECURSO)

10.1. Caberá recurso hierárquico da rescisão do presente contrato por ato unilateral do contratante, nos termos do **art. 109, I, e da Lei Federal nº8.666/1993**.

10.2. As razões dos recursos deverão ser protocolizadas no **SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, localizado na **Avenida João Jasbick, nº520, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ**, das **8h (oito horas) às 17h (dezessete horas)**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

10.3. O prazo para interposição de recurso e pedido de reconsideração é de **5 (cinco) dias úteis** da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA)

11.1. Este contrato está vinculado ao **EDITAL 034/2023**, bem como a proposta apresentada pela Contratada, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL)

12.1 Este contrato regula-se com os princípios e normas de legislação aplicável à espécie, especialmente a **Lei Federal nº10.520/2002**, **Lei Federal nº8.666/1993** e suas alterações posteriores, pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente e nos casos omissos, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito público e privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DAS DESPESAS)

13.1. O Contratante, por ocasião dos pagamentos referentes à execução do objeto do presente contrato, reserva-se o direito de reter valores relativos aos tributos de sua competência e os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais, contribuições e importâncias devidas à Seguridade Social quando pela legislação vigente for obrigado a realizar a respectiva retenção, recolhendo-se nos prazos legais.

13.2. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO)

14.1. A publicação resumida do instrumento do contrato na imprensa oficial será providenciada pelo Contratante nos termos do **art. 61, § único da Lei Federal nº8.666/1993**.



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FISCAL DO CONTRATO

15.1. O gerenciamento e a fiscalização do contrato caberão ao servidor **XXXXXXXXXXXXXX**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DO FORO)

16.1. O foro da Cidade e Comarca de **SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ** será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato, excluído qualquer outro.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DA REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO)

17.1. O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser feita mediante a revisão do preço contratado nas hipóteses do **art. 65** da **Lei Federal nº8.666/1993**, devidamente comprovadas.

17.2. O valor do contrato poderá ser reajustado, decorrido **12 (doze) meses** da data de apresentação da proposta, a requerimento da Contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento, aplicando-se o índice **IPCA**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS)

18.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante assinatura de Termo Aditivo, nas hipóteses enumeradas no **art. 65** e respectivos **parágrafos** e **art. 58, I** da **Lei Federal nº8.666/1993**, desde que, devidamente justificado por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

18.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, conforme **art. 65, §1º** da **Lei Federal nº8666/1993**.

18.3. Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas no contrato cabem recurso constantes do **art. 109** da **Lei Federal nº8.666/1993**.

18.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

18.5. Abaixo seguem as informações e dados para pagamento:

BANCO: XXX

AGÊNCIA: XXXX

CONTA CORRENTE: XXXX

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em três vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes e na presença de duas testemunhas.

Santo Antônio de Pádua/RJ, **XX/XX/2023**.

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rafael Lyons

CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:



EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

PLANILHA VALOR ESTIMADO

ANEXO IV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MONITOR MULTIPARÂMETROS: parâmetros: ECG, RESP, SPO2, PNI e TEMP , pré configurado de 20', com bateria acoplada, acessórios, suporte, alimentação elétrica 127v e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12	9.288,67	111.464,04
002	CARDIOVERSOR: aparelho cardioversor desfibrilador bifásico contendo pás adulto e pediátrica, choque bifásico até 360 joules, sincronismo para cardioversão, deve apresentar tecnologia de prevenção de morte súbita (PMS), permitindo o monitoramento contínuo do paciente e a prévia identificação de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular rápida, acionando, nesta situação um alarme visual e sonoro, comando nas pás: carga e disparo, com memória de ECG, com impressora, bateria integrada e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3	23.645,75	70.937,25
003	OXICAPNÓGRAFO: aparelho de oxicapnografia que fornece com alta precisão os valores de capnografia e oximetria ETCO ₂ , /CO ₂ inspirado, respiração, SpO ₂ e BPM, utiliza tecnologia sidestram podendo ser usado em pacientes intubados e não intubados, com visualização de curva pletismográfica ou de dióxido de carbono CO ₂ , portátil e ergonômico, alimentação na faixa: 0 a 100%, amostragem: 8 bpm, precisão: ± 2% de 70 a 100% e ± 3% de 50 a 69%, especificar 110Vac ou 220Vac, bateria interna: LI +	UNID	4	14.938,00	59.752,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	(lithium-Ion), 7,4 Vdc substituível, tempo de uso contínuo: 6 horas quando carregado totalmente, tempo de carga de 2,5 horas (opcional). pulso saída serial faixa: 30 a 254 bpm, amostragem: média de 8s, precisão: ± 2% bpm ou 2%(qual for maior) de 30 a 254 bpm, tonalidade: tom de pulso corresponde ao volume ajustado para SpO2 ou OFF (desligado), porta de comunicação por infravermelho compatível com impressora HP82240B ou similares, formato dos dados: específico, baud rate = 500 , opções: somente texto, dados do paciente ou tabela de tendência, alarme especificação ambiental, ajuste de limites de alto e baixo, indicação luminosa de alarme, ajuste do volume de alarmes, silenciado por 2 min ou indefinidamente indicado através de um led, temperatura de operação: 0 a 60°C, temperatura de armazenamento: -40 a 75°C, umidade relativa: 15 a 95% (operação) 10 a 90% (armazenamento) e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
004	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: modelo: elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm, tipo frasco: 2 frascos em plástico, volume: cerca de 4 l x 4 l, componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal, suporte com rodízios: possui, válvula de segurança: possui, frasco: termoplástico/vidro, fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm, alimentação elétrica bivolt, frequência 60 Hz e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	3.182,25	31.822,50

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

005	DETECTOR FETAL: tipo: portátil, ajuste: ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: alto falante e transdutor, outros componentes: entrada auxiliar e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4	1.140,68	4.562,72
006	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL MULTICANAL: especificações técnicas mínimas: apresentação de ECG em papel milimetrado comum tamanho ofício ou formulário contínuo 80 colunas tamanho ofício, com impressão das derivações simultâneas em uma única página, derivações: DI a V6, identificação automática de todas as derivações, velocidades de impressão ajustável minimamente entre 10 e 50 mm/s, ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV, modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla, manual ou ritmo, sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado, sistema de proteção contra descarga do desfibrilador, filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular (40 Hz), correção automática da linha de base, acessórios inclusos: 02 cabos paciente, 10 vias com plug tipo clip, 04 eletrodos tipo clip para membros, 06 eletrodos de sucção précordiais não descartáveis, carro para transporte, alimentação elétrica: entrada 127 AC (ou bivolt automático), 60 Hz, conformidade do produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2- 25, manual de operação (por equipamento) e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses,	UNID	4	9.556,71	38.226,84

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	contados a partir da data do fornecimento.				
007	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, plataforma: 340 x 390mm, estrutura em chapa de aço carbono, pintura poliéster a pó na cor branca, tapete adesivo em PVC, pés reguláveis em borracha sintética e fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5	1.341,58	6.707,90
008	ESTABILIZADOR MICROCONTROLADO - 45KVA: potência: 45kVA/36kW, configuração trifásica, disparo em zero controlado pela CPU, rendimento: > 90%, processo de regulação por tapes (tiristores totalmente estático), correção de busca direta de tapes, led's para indicar o funcionamento do estabilizador de tensão, tensão de entrada: 190/200/208/220/380/400/415/440/460/480V 3F+N+T, variação de tensão admissível ±15%, conexão de entrada: com conector, tensão de saída: 190/200/208/220/380/400/415/440/460/480V 3F+N+T, regulação estática ±3%, fator de potência de saída: 0.8 ou 1, conexão de saída: com conector, estabilização independente por fase, tempo de resposta: 4 milissegundos (1/4 de ciclo), distorção harmônica: não introduz, sistema de proteção, modelos com isolamento e sem isolamento, compatível com grupo gerador. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	1	11.311,34	11.311,34
009	NOBREAK 600VA/360W: potência nominal, entrada 120V, 230V/saída 120V, Interface de gerenciamento via porta USB, bateria selada chumbo - acido livre de manutenção, a prova de vazamento, tempo de autonomia com carga media de 10.1 minutos e com carga cheia de 2.1 minutos e baterias substituíveis pelo	UNID	12	444,80	5.337,60

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
010	NOBREAK 700VA: tensão de entrada: 115V - 220V (bivolt), potência: 700 VA/350 W, tomada de alimentação (plugue NBR 14136), comprimento do cabo maior que 1,20m, número de tomadas de saída: 4 tomadas (plugue NBR 14136), frequência de saída: 60HZ, saída: potência máxima configurável de 350W 60Hz, filtro de linha, estabilizador 3 estágios, forma de onda senoidal aproximada, eficiência de 90% (carga total), tempo de resposta do inversor < 0,8ms, bateria chumbo-acido (ion-lítio), painel de controle com indicação do status do led para bateria ligada e alarme sonoro distinto para pouca bateria. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	4	R\$ 689,72	2.758,88
011	NOBREAK 800VA: bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V, tomada de alimentação (plugue NBR 14136), comprimento do cabo maior que 1,20m, número de tomadas de saída: 4 tomadas (plugue NBR 14136), filtro de linha, estabilizador 3 estágios, forma de onda senoidal aproximada, eficiência de 90% (carga total), tempo de resposta do inversor < 0,8ms, bateria chumbo-acido (ion-lítio), painel de controle com indicação do status do led para bateria ligada e alarme sonoro distinto para pouca bateria. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2	857,33	1.714,66
012	NOBREAK 1500VA/865W: potência nominal, entrada 120V/saída 120V, interface de gerenciamento via porta USB, bateria selada chumbo-acido livre de manutenção, a prova de vazamento, tempo de autonomia com carga media de 12.4 minutos e com carga cheia de 3.7 minutos e baterias substituíveis pelo usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2	1.066,83	2.133,66

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

013	CARRO DE CURATIVOS: estrutura confeccionada em tubos de aço inoxidável com acabamento polido, tampo e prateleira confeccionados em chapa de aço inoxidável com bordas laterais dobradas, sem arestas e com acabamento escovado, com balde e bacia, gradil de proteção confeccionado em aço inoxidável com párachoque de material termoplástico, equipado com rodas giratórias de diâmetro 3" revestidas com material termoplástico, dimensões mínimas: comprimento 935mm, largura 510mm e altura 890mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3	1.278,16	3.834,48
014	SUPORTE DE HAMPER: estrutura em tubo aço 15,87mm x 1,20mm, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, com três rodízios giratórios de 50mm e dimensões: A 0,85m x D 0,58m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	349,01	3.490,10
015	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2	22.471,50	44.943,00
016	CADEIRA DE RODAS ADULTO: fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, apoio para os braços e pés removíveis, rodas traseiras aro 24" com pneus maciços (ou infláveis) e dianteiras aro 06" com pneus maciços, freios bilaterais e aro impulsor bilateral, largura do assento: 40 cm, profundidade do assento: 43 cm, altura encosto: 40 cm, altura do assento ao chão: 50 cm, comprimento total da cadeira: 76 cm, largura total aberta: 65 cm, largura total fechada: 33 cm, altura do chão à manopla: 90 cm, capacidade máxima de peso:	UNID	10	1.071,23	10.712,30

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	85kg, altura do chão ao ap de braço: 67 cm, altura do assento ao ap de braço: 16 cm e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
017	CADEIRA DE RODAS ESPECÍFICA PARA PACIENTES OBESOS: confeccionada em tubos redondos de 1.1/4" x 2,50 mm em aço esmaltado, com rodízios de 8" sendo 2 com freios em diagonal, assento com espuma de alta densidade e coberto em courvin preto e encosto com chapa de compensado de 15 mm, dotada de suporte móvel para os pés, assento medindo 80 cm x 50 cm, altura assento-chão: 50 cm, capacidade de 250 a 300 kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5	1.954,56	9.772,80
018	CARRO MACA LEITO: com cabeceira regulável, estrutura tubular e leito confeccionado totalmente em aço inoxidável, grades laterais confeccionado em aço inoxidável com acabamento polido, com colchão densidade D28, revestimento em courvin sintético, na cor azul escuro, com rodízios e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	2.937,14	29.371,40
019	CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA: em aço inox para obesos com as seguintes especificações: 01 leito e 02 carros, suporte de soro e 02 grades de abaixar fabricados em aço inox, párachoque pintado e revestido com PVC cinza, trilho com 08 roldanas de tecnil, rodas: 8" garfo zincado, colchonete: d- 33, sendo comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,07m, medidas/leito: comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,85m, capacidade de peso: 250 a 300kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data	UNID	4	6.062,50	24.250,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

do fornecimento.					
020	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA: velocidade de impressão (preto normal A4) mínima de 50 ppm, qualidade de impressão preto (ótima) mínima de 600x600 ppp, tecnologia de impressão laser monocromática, ciclo de trabalho (mensal A4) mínimo de 300.000 páginas, volume mensal de página recomendado mínimo de 15000 a 50000, memória de padrão mínima de 128 MB, velocidade de processador mínimo de 533MHz, sistema operacionais compatíveis Microsoft Windows 2000, XPHome, XPProfessional, Windowsvista, Windows7, MacOS9 e MacOSX. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5	1.427,98	7.139,90
021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: impressora laser, monocromática, conexão USB, 110v, capacidade de saída do papel: 50 folhas, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico, velocidade máxima em preto (ppm): 21 ppm, resolução (máxima) em dpi: até 2400 x 600 dpi, capacidade da bandeja de papel: 150 folhas, emulação: GDI, tempo de impressão da primeira página: menos de 10 segundos, memória padrão: 1 MB, capacidade de entrada de papel: bandeja padrão p/ 50 folhas, capacidade de saída de papel: 50 folhas (viradas para baixo), tipo de papel: papel normal, fino e reciclado, tamanho de papel: A4, A5, carta e ofício - REFERÊNCIA: HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5	3.455,00	17.275,00
022	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS: com estrutura confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1.1/4" x 1,50 mm de diâmetro, encosto confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, assento confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 8" de diâmetro, sendo 2 com freios traseiros,	UNID	4	796,12	3.184,48

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	dimensões úteis: 0,71 x 0,53 x 0,43 m assento (c x l x a), dimensões externas: 1,03 x 0,93 x 0,92 m total (c x l x a), capacidade de 250 a 300 kg e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
023	ARQUIVO DE AÇO: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com 02 chaves cada, gavetas deslizando sobre rodízios em corrediças do tipo progressivo, pintura epóxi por processo eletrostático após tratamento antiferruginoso por fosfatização e com secagem em estufa de alta temperatura, chapa de 22 USG no corpo e 18 USG na base, cor: cinza, características adicionais: com puxadores e porta etiqueta de controle de movimentação de processo. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	1.096,80	10.968,00
024	Ar condicionado Split 12.000 BTUS , frio. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	8	1.902,11	15.216,88
025	Ar condicionado Split 18.000 BTUS , frio. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2	3.389,49	6.778,98
026	ARMARIO DE AÇO PA 120 2 PORTAS: com 02 portas de abrir, 04 prateleiras reguláveis, com chaves, maçaneta, medidas 198 altura x1 200 largura x 400 profundidade e cor cinza. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	1.201,67	12.016,70
027	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: com vidros, medidas mínimas 1,65 x 0,65 x 0,4, fabricado em estrutura metálica com cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, fechada com chapa de aço esmaltada nos fundos, base e teto, pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC, com vidro incolor de 3mm nas 4 prateleiras,	UNID	10	1.171,65	11.716,50

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	laterais e portas e com fechadura. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
028	SMART TV LED 42 FULL HD HDMI, USB, Wi-Fi E CONVERSOR DIGITAL., Conversor Digital. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	2	1.718,87	3.437,74
029	BISTURI ELÉTRICO (a partir de 200 W): bisturi eletrônico micro controlado com saída isolada para uso em cirurgia geral de pequeno, médio e grande porte incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia, com pelo menos as seguintes características: compacto e de baixo peso, inferior a 8,5 kg, ventilação por convecção não forçada (sem ventilador) do circuito interno, modo de operação monopolar (corte e coagulação) e bipolar, modo monopolar, corte com potência de saída de até 300W para corte puro e pelo uma opção de blend, modo monopolar coagulação com potência de até 120 W e pelo menos 4 opções de operação: dissecação, fulguração com alto crest factor, fulguração com baixo crest factor e spray , ou opções equivalentes, modo bipolar com potência de saída de até 70 W e pelo menos 3 opções de operação: macrobipolar (tensão máxima de 750 Vpp +/-10%), padrão (tensão máxima 320 Vpp +/-10%) e precisa (tensão máxima 450 Vpp +/-10%) ou opções equivalentes, permitir selecionar o modo de operação (monopolar ou bipolar) através do pedal, modo monopolar acionado através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e através de caneta de comando manual, modo bipolar acionado através de pedal independente, duas saídas monopolares independentes que permitam operação simultânea de dois cirurgiões através de caneta de comando manual, sistema de resposta instantânea que compense a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e que garanta uma taxa de eficiência de potência superior a 90%, controle de ajuste de potência através de teclas ou controle	UNID	2	39.963,33	79.926,66



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**

PREGÃO **ELETRÔNICO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

<p>rotativo (encoder), display digital que indique, para todos os modos de operação, a potência de saída em watts, sistema de monitoração de contato placa - paciente, com indicador visual, bloqueando o acionamento de RF e ativando o alarme áudio - visual em caso de descolamento total ou parcial da placa, o sistema de monitoração de placa deverá ser capaz de identificar automaticamente a adaptação de placa de retorno simples (uma face de contato) ou placa dividida/dupla (duas facas de contato), sistema de monitoração da integridade cabo - placa de retorno, bloqueando o acionamento de RF e ativando alarme audiovisual em caso de desconexão ou falha de continuidade do cabo da placa, painel do equipamento deve ser classificado como IPX - 4 (a prova de líquidos), operar em rede elétrica de 110 V, memória que armazene a última programação dos níveis de potência em caso de queda de energia e dispor de sistema de auto - diagnóstico em caso de falha, gerando códigos de erro no painele e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

030	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA: o sistema de funcionamento da mesa cirúrgica deve ser eletromecânico, sendo que seu acionamento elétrico deve ser efetuado através de controle remoto com fio e painel de controle localizado na coluna da mesa, base e coluna: construída em chapa de aço pintada e revestida, deve possuir painel de controle na coluna para acionamento elétrico dos movimentos, chassi: blindado oferecendo maior resistência à mesa, construído em chapa de aço inoxidável, tampo: construído em nylon rádio transparente montado sobre estrutura de aço inoxidável, permitindo a utilização do intensificador de raio X, dividido em 5 seções: cabeceira, dorso, assento, prolongador de pernas e seção de pernas, réguas laterais em aço inoxidável com corrediças para colocação de acessórios, rodas: duas rodas fixas de 2 polegadas de diâmetro duas rodas retráteis de 3 polegadas utilizadas para imobilização da mesa no solo, acionadas por controle remoto com fio, estofados: confeccionado em poliuretano e encaixado nos seus respectivos tampos, movimentos: os movimentos de ajuste de altura, inclinação lateral, trendelemburg, reverso de trendelemburg, longitudinal e acionamento das rodas devem ser efetuados através de motores comandados eletricamente através de controle remoto com fio, painel de controle localizado na coluna e controle remoto sem fio, deve ser equipada com baterias que permite sua utilização sem energia elétrica, os movimentos de cabeça,	UNID	2	74.088,17	148.176,30
------------	---	------	----------	------------------	-------------------



EDITAL 034/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

<p>dorso e pernas são efetuados manualmente por sistema pneumático acionados por alavancas, acessórios que devem acompanhar o produto: arco de Narcose, suporte de ombreiras (par), porta-coxas (par), conjunto de estofados, suporte para braço (par), fixador radial em inox (6 peças), controle remoto com Fio, dimensões: comprimento do leito: 2050 ± 10 mm, largura do leito: 495 ± 10 mm, largura máxima: 663 ± 10 mm, altura máxima: 1070 ± 10 mm, altura mínima: 815 ± 10 mm, movimento longitudinal: 190 ± 10 mm, ângulos: lateral direita: min. 18°, lateral esquerda: min. 18°, trendelemburg: min. 18°, reverso do trendelemburg: min. 18°, dorso: +55° Min. ~ - 10° nominal, perna: +30° nominal ~ - 90° min., cabeça: +45° Min. ~ -40° nominal e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.</p>				
---	--	--	--	--

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

031	COMPUTADOR COMPLETO: processador: 8 núcleos, clock mínimo de 3.6GHZ, arquitetura X86, 64BITS, 12MB de cache, placa principal: mínimo 01 conector de áudio, 04 SLOTS DDR4 expansível até 64GB, interface SATA3 com velocidade mínima de 6GB/S, interface com conector tipo PCIE NVME M.2 ou superior, suporte interno para discos SSD com interface M2 ou M-SATA, memória RAM: mínimo DDR4-3000MHZ, 16GB em 2 módulos idênticos operando em DUAL CHANNEL, expansível até 64GB, disco rígido - HD: SSD mínimo de 240GB tipo PCIE NVME M.2 2280 E HD tipo SATA-3 1000GB e rotação de 7200RPM, unidade mídia ótica: sem, interface comunicação: 10 portas USB, sendo no mínimo 05 portas USB 3.0, interface de rede rj45 padrão GIGABIT ETHERNET, velocidade 10/100/1000 MB/S com sinalização de atividade e velocidade, 1 interface WIRELESS (A/B/G/N), 1 conexão VGA, 1 conexão HDMI, interface vídeo: 6 GB de memória DDR6, suporte a 2 monitores em simultâneo, monitor: LED com tecnologia IPS, mínimo 23 polegadas, mínimo 02 conexões (01 HDMI E 01 VGA OU DP), resolução de 1920X1080, sistema operacional: MICROSOFT WINDOWS 10 professional 64BITS português ou superior, gabinete: padrão mini/micro SMALLFORMFACTOR, botão de liga/desliga, mouse: 02 botões, 01 SCROLL, resolução 1000DPI, conectividade USB, teclado: conectividade USB, ABNT2 104 teclas e acessórios: MICROSOFT OFFICE 2019 64BITS português ou superior. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	3.891,00	39.910,00
032	SERRA DE GESSO: serra elétrica para gesso e autópsia, potência e oscilação necessária para corte rápido e preciso sem risco de causar lesão ao paciente, equipamento confeccionado em alumínio fundido e aço inoxidável com acabamento em pintura a pó epóxi eletrostática, apresentada em duas versões de motores: um a 110 Volts e outro a	UNID	2	2.379,85	4.759,70

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	220 Volts e ambos com consumo de 240 watts a 50/60 hertz, acessórios: 01 disco de serra 64mm de aço inox, 01 disco de serra 50mm de aço inox e 01 chave de 13mm combinada e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
033	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA: cor: preto, encosto em resina plástica, material assento: poliéster, apoio lombar, assento estofado, densidade: 45 a 55 kgf/m ³ , apoio de braço regulável em altura, ajuste de altura, encosto inclinável - ergonômica: atender NR17, peso mínimo suportado: 110kg, dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	274,44	2.744,40
034	MESA DE MAYO: estrutura em tubos esmaltados ou inóx de 25,40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo maciço cromado, bandeja em aço inóx, medidas largura: 32 cm, comprimento: 48 cm e altura: 80 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	510,85	5.108,50
035	ESCALA DE DOIS DEGRAUS: material: aço inoxidável, acabamento: aço inoxidável em toda volta, cor: n/a, 2 degraus, superfície do degrau com borracha antiderrapante e cinta de aço inoxidável, largura: 22 cm, carga trabalho: 150 kg e acessórios: pés com ponteira de borracha. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	100	226,78	22.678,00
036	REFRIGERADOR DOMÉSTICO: capacidade total líquida mínima de 299 litros, na cor branca, uma porta, prateleiras internas, congelador, lampada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, tensão 127 volts e certificado com selo PROCEL INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses,	UNID	2	2.055,74	4.111,48

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	contados a partir da data do fornecimento.				
037	BANQUETA GIRATÓRIA AJUSTÁVEL MOCHO: sem encosto, com regulagem de altura, base giratória e banco estofado em couro sintético, peso real suportado (kg): 110kg, com estrutura giratória, assento em couro ecológico, espessura assento (cm): 8,5cm, diâmetro assento (cm): 36cm, densidade espuma: D45 e estrutura - regulagem de altura a gás. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	485,33	4.853,30
038	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAIS: semi circular, em aço inox, com rodízios, 2" polegadas com freios em diagonal. altura total: 800mm e largura total: 410mm e comprimento total: 1.200mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	5	785,56	3.927,80
039	MESA PARA REFEIÇÕES: tampo de madeira revestido de formica, pés em tubos de aço esmaltado, com 2 rodízios de 2", de forma que a mesa sobreponha-se sobre o leito, regulagem de altura através de roseta, dimensões do tampo : 0,40 x 0,70m e alt. máx. 1.03m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	80	513,16	41.052,80
040	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA: equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia, cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação, trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes, porta de acesso rebatível, mínimo de 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara, pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de	UNID	2	53.853,78	107.707,56



EDITAL 034/2023

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0028/2023

<p>respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente, suporte com rodízios mínimo 4 polegadas e freios, leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de trendelenburg e próclive, sem abrir a cúpula, possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente, capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis, não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção, painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados, servocontrole de temperatura do ar ATC (temperatura do ar controlada) e de pele ITC (temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar, indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia, sistema de circulação de ar dentro da cúpula, alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: alta temperatura ar/pele, baixa temperatura ar/pele, alta de circulação do ar, hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor a pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura, sistema de segurança, tecla para silenciar alarmes momentaneamente, gabinete (1 ou 2 gavetas), suporte de soro, duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg, todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores</p>				
---	--	--	--	--

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	necessários ao seu funcionamento e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
041	MESA PARA CONSULTÓRIO: especificações: altura: 75cm, largura: 120cm, profundidade: 60cm, pés: metalon 50x30, tampo: MDP, acabamento: fita de borda, gaveteiro: 2 gavetas em MDP e com duas chaves. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	12	562,67	6.752,04
042	MESA GINECOLÓGICA: construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade D28 e napa, 2 portas, 3 gavetas e 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço inox, suportar até 200kg, dimensões externas aproximadas: 1,20 m x 0,60 m x 0,80 m (CxLxA) e dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	3	2.303,66	6.910,98
043	LONGARINA 5 LUGARES: estrutura tubular, material assento e encosto: courino na cor preta, pés oblongos cromados com sapatas niveladoras, assento com espuma injetada anatômica, alta densidade, encosto modelo diretor, apoio para braços cromados com apoio, densidade: 45 a 55 kgf/m ³ , dimensões mínimas aproximadas (P = Profundidade, L = Largura, A = Altura e E = Espessura estofado): encosto: A = 450mm L = 422mm, assento: L = 470mm P = 435mm E = 70mm e largura total: 2,10m. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	20	1.062,00	21.240,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**PREGÃO **ELETRÔNICO**PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

044	SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO: suporte para soro altura regulável em aço inox, estrutura em tubo redondo de 1"x1,25 mm e haste em aço inox. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	20	256,47	5.129,40
045	LAVADORA ULTRASSÔNICA: capacidade acima de 15 litros, lavadora ultrassônica utilizada para auxiliar na limpeza de materiais, sistema de limpeza por ultra-som com aquecimento, chave liga/desliga, ciclo de trabalho automático, temporizador eletrônico microprocessado, timer decrescente com ajuste até (60) sessenta minutos com painel digital e sinal sonoro ao término do ciclo, aquecimento com temperatura de 40 a 60°C (modelos 20CA, 20IA), termostato, para controle da temperatura com indicadores visuais, painel confeccionado em membrana de policarbonato, possuir todos os comandos de operação da lavadora, dreno e registro para facilitar a limpeza e drenagem do líquido do tanque, tanque em aço inoxidável, cesto com furações para maximizar o rendimento do ultrassom e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	1	4.335,50	4.335,50
046	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: confeccionado em aço inoxidável, com apoio para o braço e pedestal com regulagem de altura. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.	UNID	10	336,80	3.368,00
047	SELADORA DE BANCADA COM TEMPORIZADOR: equipamento bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com LED's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana, resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, desligamento automático em	UNID	3	886,55	2.659,65



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 0028/2023

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

EDITAL **034/2023**
PREGÃO **ELETRÔNICO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **0028/2023**

	caso de inatividade por 30 minutos, potência: 80 Watts voltagem, área de selagem (comprimento): 30 cm, espessura de selagem: 12 mm e dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.				
	VALOR TOTAL				1.075.189,76